

Pakiet nr 1

Lp.	Nazwa artykułu (opis)	Producent i numer katalogowy	JM	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	VAT %	Wartość VAT PLN	Wartość brutto PLN	Nr certyfikatu + nr strony w ofercie
1.	<p>Rękawiczki diagnostyczne, nitylowe, jednorazowego użytku, bezwonne, niepodrowane, niesterylne, o długości min. 240 mm. Siła zerwania przed starzeniem min. 6 N, rozciągliwość przed starzeniem min. 500%. Materiał o powierzchni mikroteksturowanej lub teksturowanej (min. na końcówkach palców) oraz bardzo dobrej elastyczności i rozciągliwości.</p> <p>AQL ≤ 1,5; zgodne z normą EN 455-1, 2, 3, 4 oraz EN 420 i EN 374. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz Isopropanolu 70% lub Etanolu 70% zgodnie z normą EN 374-3 (brak przebicia min. do 30 minut).</p> <p>Rozm: „S”, „M”, „L”, „XL”</p> <p>1 op. a' 100 szt.</p>		op.	200 000						
RAZEM:										

Wykonawca podpisując formularz cenowy potwierdza, że oferowane rękawiczki spełniają w/w wymagania i na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany je przedstawić.

W celu dokonania oceny jakości, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości: 1 opakowanie zbiorcze z jednego z następujących rozmiarów (do wyboru przez Wykonawcę): „M”, „L”

Wartość netto PLN: PLN (słownie: PLN)

Wartość brutto PLN: PLN (słownie: PLN)

.....
(data, pieczęć, podpis)

MODYFIKACJA Załącznik nr 8 do SIWZ, nr sprawy PN – 10/15/MS

PARAMETRY OCENY JAKOŚCI

Pakiet nr 1 - 4 :

1.	odporność na uszkodzenia mechaniczne - brak uszkodzeń podczas zakładania – 1 pkt. - uszkodzenia podczas zakładania – 0 pkt.
2.	rozciągliwość i elastyczność 0 – 1 pkt.
3.	brak występowania reakcji alergicznych (podrażnienia, zaczerwienienia, świąd, itp.) - brak podrażnień – 1 pkt. - występują podrażnienia – 0 pkt.
4.	Brak zgrubień, pęcherzy i zanieczyszczeń mechanicznych 0 – 1 pkt.

Maksymalnie Zamawiający może przyznać 4 pkt. (dla każdego z pakietów)

Pakiet nr 5:

1.	odporność na uszkodzenia mechaniczne - brak uszkodzeń podczas zakładania – 1 pkt. - uszkodzenia podczas zakładania – 0 pkt.
2.	rozciągliwość i elastyczność 0 – 1 pkt.
3.	brak występowania reakcji alergicznych (podrażnienia, zaczerwienienia, świąd, itp.) - brak podrażnień – 1 pkt. - występują podrażnienia – 0 pkt.
4.	Brak zgrubień, pęcherzy i zanieczyszczeń mechanicznych 0 – 1 pkt.
5.	Zapewniające dobrą chwytność (precyzyjność wykonywanych ruchów) 0 – 1 pkt.

Maksymalnie Zamawiający może przyznać 5 pkt.

Pakiet nr 6 - 7:

1.	odporność na uszkodzenia mechaniczne - brak uszkodzeń podczas zakładania – 1 pkt. - uszkodzenia podczas zakładania – 0 pkt.
2.	rozciągliwość i elastyczność 0 – 1 pkt.
3.	brak występowania reakcji alergicznych (podrażnienia, zaczerwienienia, świąd, itp.) - brak podrażnień – 1 pkt. - występują podrażnienia – 0 pkt.
4.	Brak zgrubień, pęcherzy i zanieczyszczeń mechanicznych 0 – 1 pkt.
5.	Zapewniające dobrą chwytność (precyzyjność wykonywanych ruchów) 0 – 1 pkt.

Maksymalnie Zamawiający może przyznać 5 pkt. (dla każdego z pakietów)