

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Warszawa, 2015 – 07 - 10

Do uczestników postępowania

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Zakup sprzętu medycznego na potrzeby gabinetów zabiegowych Przychodni Diagnostycznej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie**, nr sprawy PN-103/15/MS.

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet NR 10, poz.1 Lampa zabiegowa z mocowaniem sufitowym – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową o natężeniu światła mierzonym z odległości 1m na poziomie 50 000Lux? Jest to natężenie w zupełności wystarczające do przeprowadzania każdego rodzaju zabiegu i nie ma potrzeby aby stało na wyższym poziomie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet NR 10, poz.1 Lampa zabiegowa z mocowaniem sufitowym – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z płynną regulacją płamy świetlnej w zakresie od 180 do 360mm za pomocą regulatora zlokalizowanego na czaszy lampy? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego umożliwiające dostosowanie odpowiedniej średnicy oświetlanego pola w zależności od przeprowadzanego zabiegu. Lampa w dalszym ciągu wyposażona będzie w wymienny uchwyt przeznaczony do sterylizacji – jedyną różnicą jest zmiana miejsca, z którego odbywa się regulacja średnicy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet NR 10, poz.1 Lampa zabiegowa z mocowaniem sufitowym – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z możliwością regulacji temperatury barwowej w zakresie od 3700 do 5000°K w 5 krokach (3700-3900-~~4300~~-4550-5000°K)? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego gdyż umożliwia dobranie odpowiedniej temperatury barwowej każdorazowo w zależności od przeprowadzanego zabiegu, co pozwala na dokładniejszą analizę tkanek.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zakresie pakietu nr 10 poz. 1 wysokiej jakości lampę zabiegową z możliwością regulacji temperatury barwowej w zakresie od 3700 do 5000°K w 5 krokach (3700-3900-4300-4550-5000°K). W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.10) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet NR 10, poz.1 Lampa zabiegowa z mocowaniem sufitowym – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową o natężeniu światła mierzonym z odległości 1m na poziomie 60 000Lux? Jest to natężenie w zupełności wystarczające do przeprowadzania każdego rodzaju zabiegu i nie ma potrzeby aby stało na wyższym poziomie. Ponadto różnica rzędu ~10 000 Lux nie wpłynie negatywnie na jasność oświetlenia, gdyż jest to wartość zbyt niska aby różnica tego rzędu była widoczne gołym okiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet NR 10, poz.1 Lampa zabiegowa z mocowaniem sufitowym – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową, której oprawa wyposażona jest w 30 diod LED umożliwiających uzyskanie natężenia na poziomie 100 000 Lux? Pragniemy zauważyć, że dla użytkownika ilość diod nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet NR 10, poz.1 Lampa zabiegowa z mocowaniem sufitowym – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową ze stałą średnicą oświetlanego pola ustaloną na poziomie 195mm? Jest to rozwiązanie optymalnie dostosowane do przeprowadzania każdego zabiegu i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zakresie pakietu nr 10 poz. 1 wysokiej jakości lampę zabiegową ze stałą średnicą oświetlanego pola ustaloną na poziomie 195mm. W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.10) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet NR 10, poz.1 Lampa zabiegowa z mocowaniem sufitowym – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową ze współczynnikiem rozpoznawania barw na poziomie Ra=94? Oferowany parametr nieznacznie różni się od parametru wymaganego przez Zamawiającego i jest niezauważalny gołym okiem. Co więcej, wartość współczynnika odwzorowania barw na poziomie >90 uważany jest za bardzo wysoki – odpowiedni dla stanowisk pracy, w których rozróżnianie barw ma zasadnicze znaczenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet NR 10, poz.1 Lampa zabiegowa z mocowaniem sufitowym – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z temperaturą barwową ustaloną na poziomie 4500°K? Różnica 100°K nie będzie zauważalna gołym okiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet NR 10, poz.2 Lampa zabiegowa z mocowaniem ściennym – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową o natężeniu światła mierzonym z odległości 1m na poziomie 50 000Lux? Jest to natężenie w zupełności wystarczające do przeprowadzania każdego rodzaju zabiegu i nie ma potrzeby aby stało na wyższym poziomie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet NR 10, poz.2 Lampa zabiegowa z mocowaniem ściennym – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z płynną regulacją płamy świetlnej w zakresie od 180 do 360mm za pomocą regulatora zlokalizowanego na czaszy lampy? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego umożliwiające dostosowanie odpowiedniej średnicy oświetlanego pola w zależności od przeprowadzanego zabiegu. Lampa w dalszym ciągu wyposażona będzie w wymienny uchwyt przeznaczony do sterylizacji – jedyną różnicą jest zmiana miejsca, z którego odbywa się regulacja średnicy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet NR 10, poz.2 Lampa zabiegowa z mocowaniem ściennym – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z możliwością regulacji temperatury barwowej w zakresie od 3700 do 5000°K w 5 krokach (3700-3900-4300-4550-5000°K)? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego gdyż umożliwi dobranie odpowiedniej temperatury barwowej każdorazowo w zależności od przeprowadzanego zabiegu, co pozwala na dokładniejszą analizę tkanek.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zakresie pakietu nr 10 poz. 2 wysokiej jakości lampę zabiegową z możliwością regulacji temperatury barwowej w zakresie od 3700 do 5000°K w 5 krokach (3700-3900-4300-4550-5000°K). W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.10) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet NR 10, poz.2 Lampa zabiegowa z mocowaniem ściennym – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową o natężeniu światła mierzonym z odległości 1m na poziomie 60 000Lux? Jest to natężenie w zupełności wystarczające do przeprowadzania każdego rodzaju zabiegu i nie ma potrzeby aby stało na wyższym poziomie. Ponadto różnica rzędu ~10 000 Lux nie wpłynie negatywnie na jasność oświetlenia, gdyż jest to wartość zbyt niska aby różnica tego rzędu była widoczna gołym okiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet NR 10, poz.2 Lampa zabiegowa z mocowaniem ściennym – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową, której oprawa wyposażona jest w 30 diod LED umożliwiających uzyskanie natężenia na poziomie 100 000 Lux? Pragniemy zauważyć, że dla użytkownika ilość diod nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet NR 10, poz.2 Lampa zabiegowa z mocowaniem ściennym – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową ze stałą średnicą oświetlanego pola ustaloną na poziomie 195mm? Jest to rozwiązanie optymalnie dostosowane do przeprowadzania każdego zabiegu i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zakresie pakietu nr 10 poz. 2 wysokiej jakości lampę zabiegową ze stałą średnicą oświetlanego pola ustaloną na poziomie 195mm. W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.10) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet NR 10, poz.2 Lampa zabiegowa z mocowaniem ściennym – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową ze współczynnikiem rozpoznawania barw na poziomie $R_a=94$? Oferowany parametr nieznacznie różni się od parametru wymaganego przez Zamawiającego i jest niezauważalny gołym okiem. Co więcej, wartość współczynnika odwzorowania barw na poziomie >90 uważany jest za bardzo wysoki – odpowiedni dla stanowisk pracy, w których rozróżnianie barw ma zasadnicze znaczenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet NR 10, poz.2 Lampa zabiegowa z mocowaniem ściennym – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z temperaturą barwową ustaloną na poziomie 4500°K? Różnica 100°K nie będzie zauważalna gołym okiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet NR 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie do 6 tygodni terminu dostawy przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje zgodnie z SIWZ. Jednocześnie Zamawiający nadmienia, iż jednym z kryteriów którymi będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest obok ceny brutto (95%) termin dostawy, któremu Zamawiający przypisał wagę – 5%.

Pytanie nr 18

Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 6 do SIWZ

Ad § 3 ust. 6

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia:

Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 3 ust. 6. Pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 6 do SIWZ

Ad § 5 ust. 3

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, czas przyjazdu serwisu celem wykonania naprawy nastąpi do 2-ch dni roboczych, licząc od chwili zgłoszenia (...)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 5 ust. 3. Pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 6 do SIWZ

Ad § 5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 5 ust. 6. Pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 6 do SIWZ

Ad § 5 ust. 10

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

„W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu urządzenia lub braku możliwości wykonania naprawy dostarczonego urządzenia, co zostanie potwierdzone kartą pracy, Wykonawca wymieni wadliwy podzespół na nowy, zgodne z przedmiotem zamówienia, wolne od wad, na własny koszt w terminie 30 dni licząc od daty wystawienia karty pracy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 5 ust. 10. Pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 6 do SIWZ

Ad. Pkt 10 Gwarancja i serwis Załącznik nr 5 do SIWZ (pak. 9)

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

„ Wykonawca gwarantuje wymianę podzespołu na nowy w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu lub braku możliwości wykonania naprawy (co zostanie potwierdzone Kartą Pracy)”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 6 do SIWZ

Ad § 7 ust. 2 pkt 3

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 10% ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 7 ust. 2 pkt. 3. Pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24

dotyczy pakietu nr 2 – Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające bezdotykowe otwieranie pokrywy, natomiast ręczne zamykanie z automatycznym uruchomieniem cyklu po jej zamknięciu,?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zakresie pakietu nr 2 urządzenie posiadające bezdotykowe otwieranie pokrywy, natomiast ręczne zamykanie z automatycznym uruchomieniem cyklu po jej zamknięciu. W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.2) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 25

dotyczy pakietu nr 2 – Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające silnik o mocy $\leq 0,6\text{kW}$? Macerator z takim silnikiem gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji naczyń z pulpy celulozowej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26

dotyczy pakietu nr 2 – Macerator

Czy Zamawiający dopuści macerator o wadze 85kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27

dotyczy pakietu nr 2 – Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadający system tnący składający się z 4 ostrzy? Wstępna faza macerowania odbywa się z wodą, co gwarantuje drożność odpływu oraz skuteczną macerację naczyń z pulpy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zakresie pakietu nr 2 urządzenie posiadające system tnący składający się z 4 ostrzy gdzie wstępna faza macerowania odbywa się z wodą, co gwarantuje drożność odpływu oraz skuteczną macerację naczyń z pulpy. W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.2) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 28

dotyczy pakietu nr 2 – Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające czas cyklu wynoszący 85 sekund?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zakresie pakietu nr 2 urządzenie posiadające czas cyklu wynoszący 85 sekund. W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.2) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 29

dotyczy pakietu nr 2 – Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 430mm x 940mm x 620mm (szerokość x wysokość x głębokość) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30

dotyczy pakietu nr 2 – Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poziomie hałasu 66dB +/-2dB?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

dotyczy pakietu nr 2 – Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające stałe zużycie wody wynoszące 16l, bez możliwości regulacji? Taki parametr gwarantuje skuteczną macerację, bez ryzyka zablokowania odpływu, co może wystąpić w przypadku doboru nieodpowiedniego ustawiania zużycia wody w stosunku do ilości macerowanych naczyń.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zakresie pakietu nr 2 urządzenie posiadające stałe zużycie wody wynoszące 16l, bez możliwości regulacji, pod warunkiem, z gwarancją skutecznej maceracji, bez ryzyka zablokowania odpływu, co może wystąpić w przypadku doboru nieodpowiedniego ustawiania zużycia wody w stosunku do ilości macerowanych naczyń. W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.2) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 32

dotyczy pakietu nr 2 – Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE producenta? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 2 urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym. W tym przypadku, jeżeli przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrów medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi, zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.

Pytanie nr 33

dotyczy pakietu nr 2 – Macerator

Czy Zamawiający dopuści macerator o pojemności zbiornika na wodę 16,6l?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zakresie pakietu nr 2 macerator o pojemności zbiornika na wodę 16,6l. W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.2) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 34

dotyczy pakietu nr 2 – Macerator

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało specjalistyczny uchwyt zatrzasujący, blokujący pokrywę podczas trwania cyklu? Taki system zapewnia szczelność pomiędzy zawartością komory, a operatorem oraz umożliwia łokciowe otwieranie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania w zakresie pakietu nr 2 urządzenia posiadającego specjalistyczny uchwyt zatrzasujący, blokujący pokrywę podczas trwania cyklu. W przypadku zaoferowania maceratora o w/w funkcji Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.2) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 35

dotyczy pakietu nr 2 – Macerator

Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu (przyjazdu) do 72 godz. oraz czas naprawy do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36

dotyczy pakietu nr 2 – Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie obsługiwane ręcznie (ręczne otwieranie i zamykanie) z automatycznym uruchomieniem procesu po zamknięciu pokrywy? Oferowany macerator posiada system ochrony mikrobiologicznej zapobiegający namnażaniu się mikroorganizmów na pokrywie oraz specjalistyczny uchwyt łokciowy (zatrzaskujący) zapewnia szczelność komory podczas trwania procesu pomiędzy zawartością komory, a operatorem (zamknięcie komory za pomocą siłownika nie gwarantuje szczelności).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zakresie pakietu nr 2 urządzenia obsługiwanego ręcznie (ręczne otwieranie i zamykanie) z automatycznym uruchomieniem procesu po zamknięciu pokrywy wraz z jednoczesnym systemem ochrony mikrobiologicznej zapobiegającym namnażaniu się mikroorganizmów na pokrywie oraz specjalistycznym uchwytem łokciowym (zatrzaskującym) zapewniającym szczelność komory podczas trwania procesu pomiędzy zawartością komory, a operatorem (zamknięcie komory za pomocą siłownika nie gwarantuje szczelności).

W przypadku zaoferowania maceratora o w/w funkcji Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.2) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 37

dotyczy pakietu nr 2 – Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające możliwość wykonania ręcznego procesu antybakteryjnego czyszczenia i dezodoryzacji po zakończeniu cyklu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38

dotyczy pakietu nr 2 – Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wbudowaną standardową pompę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39 dotyczy pakietu nr 2 – Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach; 360mm szer. X 977 mm wys. x 445 mm gł.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zakresie pakietu nr 2 urządzenia o wymiarach: 360mm szer. X 977 mm wys. x 445 mm gł. W przypadku zaoferowania maceratora o w/w funkcji Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.2) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 40

Pakiet 7

Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru o następujących parametrach:

Pulsoksymetr przenośny	Wyposażony w pasek do zawieszania
klasa wyrobu	IIB
wymiary	75 x 135 x 28 mm

waga	258 g
pamięć	do 120 godzin pomiarów co 1 sekunda ; do 1000 rekordów
wyświetlacz	LCD
	2,76"
wyświetlane dane	SpO2 i tętna, Plethysmogram i tablice danych
zakres SpO2	0-100%
dokładność pomiaru	±2at70-100%; <70%, nieokreślone
rozdzielczość	1%
SATURACJA	70-100%
dokładność pomiaru	±2%; ±3 przy ruchliwym pacjencie lub niskiej perfuzji; poniżej 70% niezdefiniowana
zakres tętna	30-250 bpm
dokładność	±2at30-250bpm
rozdzielczość	1bpm
alarmy	dźwiękowy i wizualny: wysokiej i niskiej saturacji; pulsu ; odłączenia pacjenta ; odłączenia czujnika ; pełnej pamięci ; niskiego poziomu naładowania baterii ; uszkodzenia baterii; możliwość ustawienia progów alarmowych; możliwość wyciszenia alarmów; regulacja głośności alarmów
zasilanie	AC 100-240VAC, 47-63Hz lub 4 baterie AA lub akumulatorki NiMH
żywołność baterii	do 20h
czas ładowania baterii	do 5 h
pobór mocy	10 VA
norma bezpieczeństwa	EN60601-1:1990
bezpieczeństwo elektryczne	Typ BF
stopień ochrony przed wnikaniem cieczy	IPX1, kropelkowe
tryby wyświetlania	4: Duży tryb wyświetlania ; Tryb wyświetlania wykresu ; Tryb wyświetlania tablicy danych ; Tryb poziomy wyświetlacza
pasek statusu	tryby pomiaru, czujnik odłączony/ palec odłączony / poszukiwanie pulsu/ ikona niskiej perfuzji i ikona głośności /
pasek informacji	Pasek wyświetla informacje o pacjencie ID / typ, ikonę poziomu naładowania akumulatora (kontrolka miga 15 min przed rozładowaniem baterii), datę / czas.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41

Pakiet 7

Pulsoksymetry - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Ad. 1,2,3 i 4 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr transportowy/przenośny zasilany z 4 akumulatorów o pojemności 3000 mAh lub baterii AA 4x 1,5 V ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zakresie pakietu nr 7 pulsoksymetr transportowy/przenośny zasilany z 4 akumulatorów o pojemności 3000 mAh lub baterii AA 4x 1,5 V. W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.7) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 42

Pakiet 7

Pulsoksymetry - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Ad. 6 i 7 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr transportowy/przenośny zasilany z 4 akumulatorów o pojemności 3000 mAh lub baterii AA 4x 1,5 V pozwalających na monitorowanie pacjenta przez 20 godzin?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zakresie pakietu nr 7 pulsoksymetr transportowy/przenośny zasilany z 4 akumulatorów o pojemności 3000 mAh lub baterii AA 4x 1,5 V pozwalający na monitorowanie pacjenta przez 20 godzin. W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.7) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 43

Pakiet 7

Pulsoksymetry - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Ad. 8 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr transportowy/przenośny wyposażony w 3,5" z wyświetlanymi b. dużymi cyframi informującymi o poziomie zmierzonego SpO2 i tętna?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zakresie pakietu nr 7 pulsoksymetr transportowy/przenośny wyposażony w 3,5" z wyświetlanymi b. dużymi cyframi informującymi o poziomie zmierzonego SpO2 i tętna. W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.7) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 44

Pakiet 7

Pulsoksymetry - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Ad. 8 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymeter transportowy/przenośny o masie łącznej wraz z bateriami 274 g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zakresie pakietu nr 7 pulsoksymetr transportowy/przenośny o masie łącznej wraz z bateriami 274 g. W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.7) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 45

Pakiet 7

Pulsoksymetry - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Ad. 10 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr transportowy/przenośny przeznaczony do pracy w temperaturze od 5°C do 40°C?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46

Pakiet 7

Pulsoksymetry - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Ad. 13 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr transportowy/przenośny bez kieszeni na czujnik zintegrowanej z pulsoksymetrem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47

Pakiet 7

Pulsoksymetry - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Ad. 14 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr transportowy/przenośny z możliwością regulacji jasności przyciemnienie wyświetlacza LCD na 2 poziomach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48

Pakiet 7

Pulsoksymetry - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Ad. 15 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr transportowy/przenośny bez blokady wyłączenia i zmian ustawień konfiguracyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49

Pakiet 7

Pulsoksymetry - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Ad. 16 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymeter transportowy/przenośny z możliwością rejestracji łącznie 80 godzin danych dotyczących zdarzeń. Zapisuje datę i godzinę, parametry alarmowe i wyniki pomiarów tętna oraz SpO2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zakresie pakietu nr 7 pulsoksymetr transportowy/przenośny z możliwością rejestracji łącznie 80 godzin danych dotyczących zdarzeń, zapisującego datę i godzinę, parametry alarmowe i wyniki pomiarów tętna oraz SpO2. W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.7) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 50

Pakiet 7

Pulsoksymetry - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Ad. 20 a i b Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr transportowy/przenośny z zakresem pomiaru tętna od 20 do 250 bpm ± 3 uderzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51

Pakiet 7

Pulsoksymetry - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Ad. 27 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr transportowy/przenośny bez możliwości wyciszenia alarmu na czas nieokreślony?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52

Pakiet 7

Pulsoksymetry - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Ad. 28 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr transportowy/przenośny bez możliwości stopniowania głośności alarmu ze względu na jego ważność?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53

Pakiet 7

Pulsoksymetry - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Ad. 29 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr transportowy/przenośny z możliwością stopniowania głośności alarmu na 5 poziomów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zakresie pakietu nr 7 pulsoksymetr transportowy/przenośny z możliwością stopniowania głośności alarmu na 5 poziomów. W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.7) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 54

Pakiet 7

Pulsoksymetry - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Ad. 30 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr transportowy/przenośny z poziomem głośności alarmu od 49 do 89 dB?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zakresie pakietu nr 7 pulsoksymetr transportowy/przenośny z poziomem głośności alarmu od 49 do 89 dB . W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.7) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 55

Pakiet 7

Pulsoksymetry - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Ad. 34 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr transportowy/przenośny wyposażony w optyczny ciągły pomiar prezentujący wykres krzywej pletyzmograficznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56

Pakiet 7

Pulsoksymetry - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Ad. 37 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr transportowy/przenośny bez kieszeni na czujnik?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57

Pakiet 7

Pulsoksymetry - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Ad. 39 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr transportowy/przenośny bez stacji dokującej wyposażony w ładowarkę sieciową służącą do ładowania akumulatorów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 58

Pakiet 7

Pulsoksymetry - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Ad. 40 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr transportowy/przenośny z możliwością wydruku danych po podłączeniu do komputera?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 59

Dot. Pakiet nr 6 Diatermia Chirurgiczna mono – bipolarna

Punkt 7

Czy zamawiający dopuści diatermię elektrochirurgiczną wyposażoną w gniazdo/gniazda wyjściowe monopolarne umożliwiające przyłączenie kabli standardzie 3 pinowym i standardzie 1 pinowym 8 mm, standard ERBE 5 mm przez dodatkowy adapter dołączony do diatermii jako podstawowe wyposażenie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zakresie pakietu nr 6 diatermię elektrochirurgiczną wyposażoną w gniazdo/gniazda wyjściowe monopolarne umożliwiające przyłączenie kabli standardzie 3 pinowym i standardzie 1 pinowym 8 mm, standard ERBE 5 mm przez dodatkowy adapter dołączony do diatermii jako podstawowe wyposażenie. W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.6) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 60

Dot. Pakiet nr 6 Diatermia Chirurgiczna mono – bipolarna

Punkt 8

Czy zamawiający dopuści diatermię wyposażoną w gniazdo wyjściowe bipolarne umożliwiające przyłączenie kabli standardzie 2 pinowym o rozstawie otworów 28,5 mmi pozostałe wtyczki z możliwością podłączenia przez adapter (standard ERBE i standard Martin) dołączonych do diatermii jako podstawowe wyposażenie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zakresie pakietu nr 6 diatermię wyposażoną w gniazdo wyjściowe bipolarne umożliwiające przyłączenie kabli standardzie 2 pinowym o rozstawie otworów 28,5 mmi pozostałe wtyczki z możliwością podłączenia przez adapter (standard ERBE i standard Martin) dołączonych do diatermii jako podstawowe wyposażenie. W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.6) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 61

Dot. Pakiet nr 6 Diatermia Chirurgiczna mono – bipolarna

Punkt 9

Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości wymiany gniazd zmianę konfiguracji umożliwiającą rozbudowę aparatu, wszelkie zmiany konfiguracji pracy paratu wykonujemy poprzez adaptory – co jest prostsze i tańsze i nie wymagające wzywania serwisu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62

Dot. Pakiet nr 6 Diatermia Chirurgiczna mono – bipolarna

Wyposażenie dodatkowe

Punkt 2

Czy zamawiający dopuści:

Zestaw elektrod monopolarnych składających się z elektrod-

-Elektroda nożowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm dl 40 mm;

-Elektroda nożowa, rombowa, zagięta, długość 62mm, trzonek Ø4mm, wymiary noża 2,5mm x 1mm x 24mm;

-Elektroda igłowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø4mm, dl. igły 20mm, Ø igły 1mm; przeznaczenie do min.

-Elektroda kulkowa, prosta, długość 49mm, kulka Ø2mm, trzonek Ø4mm;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63

Dot. Pakiet nr 6 Diatermia Chirurgiczna mono – bipolarna

Punkt 3

Czy zamawiający dopuści : Silikonowa elektroda neutralna wielorazowego użytku, 250mm x 150mm (375 cm²) z wypustką na kabel dl. 500mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji z pasem gumowym do mocowania elektrody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 64

Pakiet nr 6 Diatermi chirurgiczna:

czy zamawiający dopuści diatermię z cięciem monopolarnym z regulacją mocy w zakresie od 1 do 25 W co 1 W a w zakresie 25 do 100W co 5W ponieważ wymagany parametr posiada tylko jeden producent tj. firma Erbe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65

Pakiet nr 6 Diatermi chirurgiczna:

czy zamawiający dopuści diatermię z koagulacją monopolarną z regulacją mocy w zakresie od 1 do 25W co 1W a w zakresie 25 do 80W co 5 W ponieważ wymagany parametr posiada tylko jeden producent tj. firma Erbe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66

Pakiet nr 6 Diatermi chirurgiczna:

czy zamawiający dopuści diatermię z koagulacją bipolarną z regulacją mocy w zakresie od 1 do 25W co 1W a w zakresie 25 do 50W co 5 W ponieważ wymagany parametr posiada tylko jeden producent tj. firma Erbe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67

Pakiet nr 6 Diatermi chirurgiczna:

czy zamawiający dopuści diatermie wyposażoną w gniazdo wyjściowe monopolarne umożliwiające przyłączenie kabli w standardzie 3-pinowym i 1 pinowym 4mm bez dodatkowych adapterów ponieważ wymagany paramter posiada tylko jedna firma tj. Erbe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 68

Pakiet nr 6 Diatermi chirurgiczna:

czy zamawiający dopuści zamiast elektrody nożowej prostej 1,5x17mm dł. 40mm elektrodę nożową 1,0x20mm dł. całkowita 47mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 69

Pakiet nr 6 Diatermi chirurgiczna:

czy zamawiający dopuści zamiast elektrody szpatułki prostej 3x24mm dł. 45mm elektrodę szpatułka prosta 3x25mm dł. całkowita 53mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70

Pakiet nr 6 Diatermi chirurgiczna:

czy zamawiający dopuści elektrodę igłową prostą 0,8x22mm dł. 40mm elektrodę igłową 0,7x22mm dł. całkowita 55mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 71

Pakiet nr 6 Diatermi chirurgiczna:

czy zamawiający dopuści elektrodę kulkową 2mm prostą o długości całkowitej 50mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 72

Pakiet nr 6 Diatermi chirurgiczna:

czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną silikonową 15x8cm pow. 120cm² lub elektrodę 25x15cm o pow. 375cm² z kablem 4,5m i pasem gumowy do mocowania elektrody?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 73

Pakiet nr 6 Diatermi chirurgiczna:

w związku z tym, że w treści opisu "Gwarancja i serwis" są nieuprawnione podmiotowe wymagania, niedozwolone przez Pzp - wnioskujemy o usunięcie tych wymagań w zakresie pkt.1,2 i 3

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje w załączniku nr 5 do SIWZ (5.1 – 5.11) – Gwarancja i serwis – zapisy punktów nr 1 i 2

Było:

1. Wykonawca musi załączyć ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego aparatu
2. Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski. Serwis musi dysponować co najmniej 1 wykwalifikowanym inżynierem serwisu na terenie kraju

Jest:

1. Wykonawca winien załączyć do oferty wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski;
2. Wykonawca winien załączyć do oferty wykaz dostawców upoważnionych przez wytwórcę do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych lub eksploatacyjnych na terenie Polski.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Ad1. wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski;

Ad 2. wykaz dostawców upoważnionych przez wytwórcę do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych lub eksploatacyjnych na terenie Polski.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający modyfikuje OGŁOSZENIE o zamówieniu w zakresie rozdziału III.6) INNE DOKUMENTY (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień).

Pytanie nr 74

Pakiet nr 6 Diatermi chirurgiczna:

wnioskujemy o usunięcie pkt.11 w części "Gwarancja i serwis " bowiem obowiązek założenia paszportu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych leży po stronie właściciela urządzenia, w tym przypadku na zamawiającym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 75

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nie powystawowy, nie rekondukcjonowany a fabrycznie nowy respirator wyprodukowany w 2014 roku z zachowaniem długości gwarancji określonej przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nie powystawowy, nie rekondukcjonowany a fabrycznie nowy respirator wyprodukowany w 2014 roku z zachowaniem długości gwarancji określonej przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.9) zobowiązany jest podać informację o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 76

Dotyczy: pakiet nr 11 - kardiomonitor

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem częstości pracy serca w zakresie 10-300 ud/min ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaferowania w zakresie pakietu nr 11 kardiomonitor z pomiarem częstości pracy serca w zakresie 10-300 ud/min. W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.11) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 77

Dotyczy: pakiet nr 11 - kardiomonitor

Czy Zamawiający dopuszcza wymóg aby uchwyt był wykonany z duraluminium materiał o podwyższonej higieniczności ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaferowania w zakresie pakietu nr 11 uchwytu wykonanego z duraluminium materiału o podwyższonej higieniczności. W przypadku zaferowania w/w uchwytu Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.11) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 78

Dotyczy: pakiet nr 11 - kardiomonitor

Czy Zamawiający dopuszcza wymóg aby obudowa kardiomonitora była antybakteryjna tym samym z odpowiednim certyfikatem załączonym do oferty ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaferowania w zakresie pakietu nr 11 obudowy antybakteryjnej kardiomonitora. W przypadku zaferowania w/w kardiomonitora Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.11) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 79

Dotyczy: pakiet nr 11 - kardiomonitor

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji o 2 tygodnie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17.

Pytanie nr 80

Dotyczy: Pakiet nr 10 poz. 1 - Lampa zabiegowa z mocowaniem sufitowym – 2 sztuki

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie doz zaferowania lampy o natężeniu 60000lux co nieznacznie dobiega od wymogu SIWZ, oraz zapewnia pełną funkcjonalność lampy zabiegowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 81

Dotyczy: Pakiet nr 10 poz. 1 - Lampa zabiegowa z mocowaniem sufitowym – 2 sztuki

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania lampy bez regulacji średnicy pola, o stałej średnicy 16cm, co zapewnia pełną funkcjonalność lampy zabiegowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 82

Dotyczy: Pakiet nr 10 poz. 1 - Lampa zabiegowa z mocowaniem sufitowym – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę o żywotności źródła światła na poziomie 30000 h? Oferowane urządzenie zapewnia wysoki poziom właściwości świetlnej przez cały okres żywotności źródła światła.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 83

Dotyczy: Pakiet nr 10 poz. 2- Lampa zabiegowa z mocowaniem ściennym – 2 sztuki

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie doz zaoferowania lampy o natężeniu 60000lux co nieznacznie dobiega od wymogu SIWZ, oraz zapewnia pełną funkcjonalność lampy zabiegowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 84

Dotyczy: Pakiet nr 10 poz. 2- Lampa zabiegowa z mocowaniem ściennym – 2 sztuki

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy bez regulacji średnicy pola, o stałej średnicy 16cm, co zapewnia pełną funkcjonalność lampy zabiegowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 85

Dotyczy: Pakiet nr 10 poz. 2- Lampa zabiegowa z mocowaniem ściennym – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o żywotności źródła światła na poziomie 30000 h? Oferowane urządzenie zapewnia wysoki poziom właściwości świetlnej przez cały okres żywotności źródła światła.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 86

Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia dystrybutora, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały spełnianie wszystkich wymagań postawionych przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku, kiedy oryginalne materiały informacyjne pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający dopuszcza i uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych dystrybutora wraz z oświadczeniem dystrybutora, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego.

Pytanie nr 87

Dotyczy: Pakiet nr 10: lampa bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy zabiegowe z zakresem przemieszczania oprawy z płaszczyźnie pionowej 118 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w zakresie poz. 1 i poz. 2 pakietu nr 10 zaoferowanie lamp zabiegowych z zakresem przemieszczania oprawy z płaszczyźnie pionowej 118 cm.

Pytanie nr 88

Dotyczy: Pakiet nr 10: lampa bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy zabiegowe z oprawą o natężeniu oświetlenia 60kLux/1m?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 89

Dotyczy: Pakiet nr 10: lampa bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy zabiegowe z możliwością regulacji natężenia światła bezdotykowo w zakresie 3 stopni 60%-80%-100%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 90

Dotyczy: Pakiet nr 10: lampa bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy zabiegowe bez regulacji średnicy pola oświetleniowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 91

Dotyczy: Pakiet nr 10: lampa bezcieniowa

Jaka jest wysokość sal, w których mają być zamontowane lampy zabiegowe, czy istnieje tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość sufitu podwieszanego od stropu właściwego.

Odpowiedź: Wysokość sal, w których mają być zamontowane lampy zabiegowe wynosi 2,95m. Istnieje tam sufit podwieszany na wysokości 2,60m. Odległość sufitu podwieszanego od stropu właściwego wynosi 0,35m.

Pytanie nr 92

Dotyczy: Pakiet nr 10: lampa bezcieniowa

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy zabiegowe SA doprowadzone przewody zasilające, a jeżeli tak to o jakich przekrojach i gdzie zostały wyprowadzone.

Odpowiedź: W salach gdzie mają być zamontowane lampy zabiegowe są doprowadzone przewody zasilające o przekroju 3x2,5mm². Przewody zostały wyprowadzone na ścianie i na suficie w centralnym miejscu.

Pytanie nr 93

Dotyczy: Pakiet nr 10: lampa bezcieniowa

Jaki rodzaj ściany i na jakiej wysokości na ścianie są wyprowadzone przewody zasilające w miejscu montażu lamp zabiegowych?

Odpowiedź: Przewody zasilające są wyprowadzone na ścianie na wysokości ok. 2 m.

Pytanie nr 94

Dotyczy § 7 ust. 2 pkt. 1,2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na brzmiały:

„Ustala się następujący sposób naliczania kar umownych:

- 1) w przypadku zwłoki:
 - a. występującego w terminie oddania urządzenia do eksploatacji, określonym w § 2 ust. 2 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień zwłoki po 0,1 % wartości dostarczonego sprzętu,
 - b. występującego w terminie określonym w § 5 ust. 3 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień zwłoki po 0,1 % wartości reklamowanego sprzętu,
 - c. występującego w terminie naprawy, określonym w § 5 ust. 6 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień zwłoki po 0,1 % wartości naprawianego sprzętu,
 - d. występującego w terminie dostawy, określonym w § 5 ust. 10 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień zwłoki po 0,1 % naprawianego sprzętu.
- 2) W przypadku nie dostarczenia urządzenia zastępczego zgodnie z § 5 ust. 6 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień zwłoki po 0,1 % wartości sprzętu zastępczego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 95

Dotyczy pakietu nr 2 : macerator

Prosimy o dopuszczenie maceratora bez wpisu do rejestru wyrobów medycznych ponieważ żaden macerator na świecie nie jest zarejestrowany jako wyrów medyczny.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32.

Pytanie nr 96

Dotyczy pakietu nr 4 : Laryngoskop światłowodowy dla dorosłych wraz z wyposażeniem

Czy Zamawiający dopuści laryngoskop światłowodowy dla dorosłych z opakowaniem wykonanym z twardego materiału (z tworzywa sztucznego)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zakresie pakietu nr 4 laryngoskopu światłowodowego dla dorosłych z opakowaniem wykonanym z twardego materiału (z tworzywa sztucznego). W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.4) w kolumnie PARAMETR OFEROWANY zobowiązany jest podać dopuszczony parametr z jednoczesną informacją o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 97

Dotyczy pakietu nr 4 : Laryngoskop światłowodowy dla dorosłych wraz z wyposażeniem

Czy Zamawiający dopuści laryngoskop światłowodowy dla dorosłych fabrycznie nowy wyprodukowany w 2014r.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zakresie pakietu nr 4 laryngoskopu światłowodowego dla dorosłych fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2014r. W takim przypadku Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ (5.4) zobowiązany jest podać informację o dopuszczeniu w ramach wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 98

Dotyczy pakietu nr 4 : Laryngoskop światłowodowy dla dorosłych wraz z wyposażeniem

Czy Zamawiający dopuści laryngoskop światłowodowy dla dorosłych fabrycznie nowy wyprodukowany w 2013r.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 99

Dotyczy pakietu nr 4 : Laryngoskop światłowodowy dla dorosłych wraz z wyposażeniem

Czy Zamawiający może doprecyzować ile łyżek światłowodowych ma znaleźć się w zestawie? W Lp. 1. jest mowa o 4 sztukach a w Lp. 3. o 3 sztukach. Czy Zamawiający wymaga 3, 4 czy 7 łyżek światłowodowych?

Odpowiedź: Zamawiający w zestawie z rękojeścią wymaga 3 szt. łyżek światłowodowych o rozmiarach 2, 3 i 4.

Pytanie nr 100

Dotyczy pakietu nr 4 : Laryngoskop światłowodowy dla dorosłych wraz z wyposażeniem

Czy Zamawiający może określić ilość zamawianych łopatek światłowodowych jednorazowych, metalowych kompatybilnych z oferowanym laryngoskopem rozm. 4?

Odpowiedź: Łopatki światłowodowe jednorazowe, metalowe kompatybilne z oferowanym laryngoskopem rozm. 4 – ilość 20 szt. (zgodnie ze Specyfikacją Asortymentowo-Cenową).

Pytanie nr 101

Dotyczy pakietu nr 4 : Laryngoskop światłowodowy dla dorosłych wraz z wyposażeniem

Czy Zamawiający może określić ilość zamawianych łopatek światłowodowych jednorazowych, metalowych kompatybilnych z oferowanym laryngoskopem rozm. 3?

Odpowiedź: Łopatki światłowodowe jednorazowe, metalowe kompatybilne z oferowanym laryngoskopem rozm. 3 – ilość 50 szt. (zgodnie ze Specyfikacją Asortymentowo-Cenową).

Pytanie nr 102

Pakiet 9. Respirator transportowy na podstawie jezdnej - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW
TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Ad. 35 Czy Zamawiający dopuści respirator transportowy bez możliwość pracy w środowisku MRI do 3
Tesli?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 103

Pakiet 9. Respirator transportowy na podstawie jezdnej - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW
TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Ad. 36 Czy Zamawiający dopuści zamiast wielorazowego kompletu układu oddechowego 10 szt.
jednorazowych układów oddechowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 104

dotyczące PAKIETU NR 3 – ssak wysopróżniowy – 11 sztuk :

Czy Zamawiający dopuści ssak wysokopróżniowy z przepływem maksymalnym 60 l/min (± 5 l/min)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu:

- OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

P.O. PRACOWNIKA DZIAŁU
Zamówień Publicznych
i Zaspokazania
Mankowska

Kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych
Zbigniew Staszak

ST. SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr Monika SZWARCZEWSKA