

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ  
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻAREK DLA CO-I W WARSZAWIE**

Warszawa, 2015 – 07 -31

**Do uczestników postępowania**

**Dotyczy: dostawy urządzeń do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta dla Centrum  
Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie, nr sprawy PN-  
105/15/MJ**

**Pytanie nr 1**

**Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – gwarancja i serwis pkt 4:**

Jednym z elementów oferowanego przez nas urządzenia do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta (opis w całości zgodny z wymogami SIWZ) jest wielorazowy czujnik położenia serca, którego żywotność technologiczna (sprawność do czasu wymiany na nowy) wynosi 3 miesiące od momentu pierwszego uruchomienia. W związku z tym prosimy o skrócenie okresu gwarancji na ten element na okres 3 miesięcy. Wszystkie pozostałe elementy składowe zestawu objęte będą zgodnie z wymogami SIWZ - 24 miesięczną gwarancją.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu gwarancji dla wielorazowego czujnik położenia serca na okres 3 miesięcy.

**Z up. p.o. Kierownika Działu  
Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia**

**Beata Poniatowska - Kuć**