

Warszawa, dn. 16.09.2015r.

Wyjaśnienie nr 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych nr Pn-108/15/IM

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013 r. poz.907 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

Pakiet 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści rurki intubacyjne dotchawicze, ustno-nosowe, jednorazowego użytku, jałowe, z miękkiego i przezroczystego PCV, z mankietem niskociśnieniowym (bardzo miękkie uszczelnienie), otworem Murphy'ego, wyprofilowaną, posiadającą znacznik RTG, z wyraźnym balonikiem kontrolnym, wyraźnym oznaczeniem rozmiaru rurki na rurce intubacyjnej lub baloniku kontrolnym, z dużym wyraźnym znacznikiem głębokości intubacji, w opakowaniu utrzymujące anatomiczny kształt rurki, folia papier z naniesioną na opakowaniu informacją: rozmiar rurki, data ważności; rozmiary: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Dotyczy pakietu nr 3

Prosimy o doprecyzowanie elementu opisu przedmiotu zamówienia, który nie został ujęty w opisie. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane rurki intubacyjne były pozbawione ftalanów czy też Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na rurki intubacyjne zawierające szkodliwe ftalany?

Odpowiedź: Oferowany produkt nie może zawierać ftalanów.

Pytanie nr 3:

Pakiet nr 3, pozycja 1


Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne dotchawicze, fabrycznie ukształtowane anatomicznie w standardowych opakowaniach folia – papier, jak dotychczas stosowane w Państwa placówce, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu warunku utrzymania anatomicznego kształtu rurek.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik prosty (karbowany) martwa przestrzeń, bez „kominka”, o dł. 10cm, ze złączami 15F/22M – 22F lub 15F/22M – 15M, jak na poniższych rycinach, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany o długości 15cm zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania i bronchoskopu ze złączami 15F/22M – 15M, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści łącznik obrotowy ze złączami 15F/22M – 15M, niesterylny (mikrobiologicznie czysty), pakowany pojedynczo, spełniający pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5** wymaga, aby prowadnica wielorazowego użytku do trudnych intubacji wykonana była z plecionki włókien poliestrowych pokrytej powłoką żywiczną, dzięki czemu prowadnica posiada odpowiednią elastyczność w przypadku trudnych intubacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 8

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany mikrobiologicznie czysty, przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany mikrobiologicznie czysty, przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści łącznik obrotowy, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, kątowy, rozmiar 15/22?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści łącznik obrotowy do bronchoskopii z miękkim portem do bronchoskopu, jednorazowego użytku, rozmiar 15/22, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12

Uprzejmie proszę o przesłanie SIWZ wraz z załącznikami w wersji edytowalnej.

Odpowiedź: W załączeniu w wersji edytowalnej: załączniki do siwz nr 1, 2, 3, 6, 7, 8 i 9.

Pytanie nr 13

Paragraf 9 ust 3, 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na brzmiący:

„4. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje w formie aneksu do umowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Paragraf 5 ust 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na brzmiący:

„W przypadku nie dostarczenia towaru 2 dni po terminie określonym w zamówieniu, Zamawiający może dokonać zastępczego zakupu towaru i Wykonawca pokryje tylko i wyłącznie różnicę w cenie towaru.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na:

„W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w zamówieniu, Zamawiający może dokonać zastępczego zakupu towaru i w przypadku poniesienia kosztów wyższych niż wynikające z niniejszej umowy różnicą obciążyć Wykonawcę.”

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

p.o. Kierownika Działu Zamówień Publicznych
Mariola Balikowska