



wpisane do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS pod nr 0000144803

NIP 525-000-80-57; Regon 000-288-336

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel./fax.22/ 57 09 409 , 57 09 463

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Warszawa, 2015 – 02 - 10

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nr sprawy PN - 23/15/MS

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

dot. Pakietu nr 3:

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści dla Pakietu nr 3 balony innych marek niż Olympus lateksowe lub silikonowe, sterylne, do endoskopów ultrasonograficznych?
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wymaganych specyfikacji.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 3 pozycji 1 i 2 Zamawiający wymaga:

1.	Balony lateksowe lub silikonowe, sterylne, do endoskopów ultrasonograficznych firmy OLYMPUS radialnych (GF – UM 160)
2.	Balony lateksowe lub silikonowe, sterylne, do endoskopów ultrasonograficznych firmy OLYMPUS liniowych (GF – UCT 160; GF – UCT 180)

Zaoferowany w ofercie przez Wykonawcę asortyment będzie podlegał ocenie jakościowej zgodnie z kryteriami określonymi dla przedmiotowego pakietu (załącznik nr 8 do SIWZ).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Mariola Baliłowska