Wymagane Parametry Techniczne

Barwiarka automatyczna

Pełna nazwa urządzenia	Podać	
Typ	Podać	
Producent	Podać	
Kraj	Podać	

Lp.	Parametry wymagane	Warunek konieczny	Parametry oferowane, opis, komentarz
Barwiarka automatyczna z podgrzewaniem – 1 szt.			
1.	Barwiarka na minimum 26 stacji na odczynniki chemiczne	Tak	
2.	Stacje odczynnikowe umieszczone na dwóch poziomach	Tak	
3.	Dowolne niezależnie dla każdej stacji programowanie czasu zanurzenia w zakresie do 59min, 59s	Tak	
4.	Stacje na odczynniki o pojemności minimum 300 ml	Tak	
5.	Minimum 5 stacji płuczących wodą bieżącą	Tak	
6.	Minimum 4 dowolnie konfigurowane stacje ładowania/ rozładowania z możliwością przypisania do stacji załadowczych programów barwienia	Tak	
7.	Minimum 5 stacji grzewczych	Tak	
8.	Koszyki na 20 szkiełek	Tak	
9.	System oświetlania wewnętrznego typu LED (automatyczne podświetlenie w momencie otwarcia drzwi)	Tak	
10.	Możliwość zapamiętania minimum 20 programów	Tak	
11.	Wbudowany port USB w celu zachowania ustawień, protokołów barwienia	Tak	
12.	Możliwość barwienia jednocześnie koszyczków według różnych programów barwienia w tym możliwość barwienia preparatów CITO	Tak	
13.	System strząsania odczynnika podczas przenoszenia do kolejnej stacji	Tak	
14.	Wyświetlanie informacji o kroku programu, numerze stacji oraz czasu pozostałego do zakończenia barwienia każdego koszyka niezależnie	Tak	

15.	Wbudowany układ zasilania awaryjnego (UPS) pozwalający na dokończenie rozpoczętych barwień w przypadku zaniku zasilania	Tak	
16.	Automat wyposażony w filtr węglowy z wbudowanym wentylatorem wyciągowym z możliwością podłączenia do instalacji wyciągowej	Tak	
17.	Automat wyposażony w zintegrowany dotykowy ekran typu UIF	Tak	
18.	Układ kontroli jakości odczynników i zliczania ilości koszy	Tak	
19.	Układ kontroli zużycia filtra węglowego	Tak	
20.	Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: szerokość 90cm, głębokość 75cm, wysokość 90 cm.	Tak	
Wymagane dokumenty			
21.	Certyfikat CE	Tak	
22.	Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: -instrukcję obsługi -kartę gwarancyjną -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji (jeśli jest wymagane) - paszporty techniczne	Tak	
23.	Folder potwierdzający zaproponowanie produktu spełniającego wszystkie parametry wymagane.	Tak	
24.	Dokument dopuszczający urządzenie do obrotu/ stosowania w placówkach medycznych zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych - deklaracja zgodności lub powiadomienie/wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych.	Tak	
Gwarancja i serwis			
25.	Gwarancja na urządzenie 24 miesiące	Tak	
26.	Przeglądy gwarancyjne i konserwacje aparatury zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem	Tak	
27.	Czas usunięcia usterek i wad aparatury – 48 godzin od czasu ich zgłoszenia, z wyjątkiem niedziel i świąt. W przypadku sprowadzenia części z zagranicy w terminie do 8 dni roboczych.	Tak	
28.	W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej - potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, oraz wpis do	Tak	

	paszportu aparatu		
29.	Oferent przeszkoli pracowników Zamawiającego, na własny koszt, w zakresie używania sprzętu. Przeprowadzone szkolenie udokumentowane zostanie stosownym zaświadczeniem	Tak	
30.	Termin dostawy: do 6 tygodni od daty podpisania umowy	Tak	

Uwaga: Brak opisu w kolumnie "Parametry oferowane", będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

.....
data, podpis, pieczęć

Załącznik nr 5C do SIWZ - PN-104/16/MT

Formularz cenowy

l.p.	Nazwa urządzenia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto PLN	Producent, model/typ
1	Barwiarka automatyczna z podgrzewaniem	szt.	1						
				Razem		xxx			

Wartość ogółem netto: .....PLN

Słownie: .....

Wartość VAT: ..... PLN

Słownie: .....

Wartość ogółem brutto: .....PLN

Słownie: .....

.....

data, podpis, pieczęć