

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWĘ JEDNOKANAŁOWYCH GENERATORÓW DO GŁĘBOKIEJ
STYMULACJI MÓZGU DLA KLINIKI NOWOTWORÓW UKŁADU
NERWOWEGO CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT W WARSZAWIE**

Warszawa, 2016 – 06 - 20

Do uczestników postępowania

**Dotyczy: dostawy jednokanałowych generator do głębokiej stymulacji mózgu (100 szt.)
dla Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego Centrum Onkologii - Instytut im.
M. Skłodowskiej -Curie w Warszawie, numer sprawy PN – 63/16/MJ**

W związku z pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1 (dotyczy stymulatora mózgowego)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stymulator jednokanałowy który umożliwi wykonanie diagnostyki MRi głowy pacjenta w oparciu a następujące warunki skanowania,

- System z poziomym tunelem zamkniętym i o indukcji magnetycznej 1,5 tesli (T);
- Nadawczo-odbiorcza cewka radiowa (RF) do obrazowania głowy;
- Wartość graniczna mocy RF współczynnika SAR dla głowy 0,1 W/kg (0,05 W/funt);
- Szybkość narastania gradientu ograniczona do 200 T/m/s.

Oferowany stymulator spełnia pozostałe wymogi Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**p.o. Kierownika Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Mariola Balikowska**