

Warszawa, 03.03.2017 r.

**Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi i akcesoriów chirurgicznych, nr sprawy PN – 10/17/JP

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Pakiet nr1, Lp.3 Prosimy o dopuszczenie nożyczek standardowych o dł. 180 mm, względnie prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu z uwagi na fakt, że niniejsza pozycja znajduje się w ofercie jednego dostawcy - co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza nożyczki standardowe o dł. 180 mm. Pozostałe zapisy SIWZ - bez zmian.

Pytanie 2

Pakiet nr 1, Lp.9 Prosimy o dopuszczenie igłotrzymacza o dł. 180 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Pakiet nr 1, Lp.11 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 180 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet nr 1, Lp.13 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 180 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Pakiet nr 1, Lp.14 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 180 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Pakiet nr 1, Lp.15 Prosimy o dopuszczenie kleszczy do zdejmowania klamer Richter Heath o dł. 140 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Pakiet nr 2, Lp.4 Prosimy o dopuszczenie igłotrzymacza o dł. 150 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Pakiet nr 2, Lp.10 Prosimy o dopuszczenie trzonka o dł.210 mm zagiętego pod kątem 45 stopni dla praworęcznych, względnie prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu z uwagi na fakt, że niniejsza pozycja znajduje się w ofercie jednego dostawcy - co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Pakiet nr 2, Lp.11 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 140 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Pakiet nr 2, Lp.12 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 160 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Pakiet nr 2, Lp.13 Prosimy o dopuszczenie pęsety delikatnej ale bez platformy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Pakiet nr 2, Lp.14 Prosimy o dopuszczenie pęsety delikatnej ale bez otworu w uchwycie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pęsetę delikatną, bez otworu w uchwycie. Pozostałe zapisy SIWZ - bez zmian.

Pytanie 13

Pakiet nr 3, Lp.1 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 190 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza nożyczki o dł. 190 mm. Pozostałe zapisy SIWZ - bez zmian.

Pytanie 14

Pakiet nr 3, Lp.2 Prosimy o dopuszczenie nożyczek House-Toennis o dł. 180 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza nożyczki House-Toennis o dł. 180 mm. Pozostałe zapisy SIWZ - bez zmian.

Pytanie 15

Pakiet nr 3, Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 40 dni od daty złożenia zamówienia. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że narzędzia wymagane przez Zamawiającego nie zawsze są na stanie magazynowym producenta w Niemczech, a proces produkcyjny narzędzi chirurgicznych jest bardzo długi.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę wydłużenie terminu dostawy do 40 dni od daty złożenia zamówienia.

Pytanie 16

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 6 (załącznik nr 1.6 do SIWZ) punkt „wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (narzędzia)”

- pkt. 6: Prosimy o możliwość załączenia instrukcji opisanych w pkt. 6 przy dostawie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby instrukcje zostały dołączone wraz z dostawą narzędzi w przypadku, gdy z ofertą będzie dołączona wersja elektroniczna tj. płyta CD.

Pytanie 17

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 6 (załącznik nr 1.6 do SIWZ) punkt „wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (narzędzia)”

- pkt. 3a: Prosimy o dopuszczenie w pkt. 3a narzędzi wobec których zalecana jest sterylizacja parą wodną w 134st. (czas ekspozycji 5-7min.). Dopuszczalna jest zatem również niższa temperatura (121st.) jednak zalecenia co do temperatury jednoznacznie wskazują na 134st. co jest bezpieczniejsze dla narzędzi i wpływa korzystnie na ich dłuższe funkcjonowanie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 6 (załącznik nr 1.6 do SIWZ) punkt 17. Prosimy o potwierdzenie, że w pkt. 17. chodzi o 10 kompletów drenów tj. 10 opakowań po 10szt.?

Odpowiedź: W zakresie pakietu 6 pozycja 17 Zamawiający potwierdza - chodzi o 10 opakowań drenów po 10 kompletów (100 szt.)

Pytanie 19

Dotyczące pakietu 6 oraz zapisów SIWZ rozdział VIII pkt. 2 podpunkt „e” , „f”: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby instrukcje o których mowa w punkcie „e” i „f” zostały załączone przy dostawie dla pakietu 6? *Ze względu na objętość*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby instrukcje zostały dołączone wraz z dostawą narzędzi w przypadku, gdy z ofertą będzie dołączona wersja elektroniczna tj. płyta CD.

Pytanie 20

Dot. pakietu 6 oraz zapisów umowy paragraf 5 ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Dot. pakietu 6 oraz zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę z zapisu „nie więcej niż 20 % wartości brutto umowy” na zapis „nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Dot. pakietu 6 oraz zapisów umowy paragraf 6 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 10%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Dot. pakiet 6 oraz zapisów SIWZ rozdział VIII pkt. 2 podpunkt „e” , „f”: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby instrukcje o których mowa w punkcie „e” i „f” zostały załączone w formie elektronicznej tj. na płycie CD? *Ze względu na objętość.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby instrukcje zostały dołączone wraz z dostawą narzędzi w przypadku, gdy z ofertą będzie dołączona wersja elektroniczna tj. płyta CD.

Pytanie 24

Dot. pakiet 6 oraz zapisów SIWZ rozdział VIII pkt. 2 podpunkt „d”: Prosimy o rezygnację z zapisu i wymogu dotyczącego normy DIN - EN - ISO 13402 dot. odporności na korozję" dla pakietu nr 6? Narzędzia laparoskopowe nie podlegają normom właściwym dla narzędzi dla chirurgii otwartej. Stosowane normy sytemu zarządzania jakością dla oferowanych narzędzi to: ISO 17664, EN ISO 9001, EN ISO 13485, DIN EN ISO 14001.

Odpowiedź: W zakresie pakietu 6, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą, oświadczenie Wykonawcy o zgodności z normą DIN - EN - ISO 13402 dot. odporności na korozję.

Pytanie 25

Pakiet nr 1 poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 130mm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet nr 1 poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 140mm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Pakiet nr 1 poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, trzonek dł. 120mm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Pakiet nr 1 poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 180mm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Pakiet nr 1 poz. 10 i poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna PEAN, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna PEAN, reszta parametrów bez zmian.

Pytanie 30

Pakiet nr 1 poz. 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna PEAN, dł. 180mm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

Pakiet nr 1 poz. 13 i poz. 14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 180mm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Pakiet nr 1 poz. 15: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze nazwa własna MICHEL, dł. 130mm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

Pakiet nr 2 poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 150mm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34

Pakiet nr 2 poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, trzonek dł. 120mm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Pakiet nr 2 poz. 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna METZENBAUM-FINO, dł. 140mm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36

Pakiet nr 2 poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna LEXER, dł. 160mm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Pakiet nr 2 poz. 16: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 110mm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

Pakiet nr 3 poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 190mm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 190 mm, reszta parametrów bez zmian.

Pytanie 39

Pakiet nr 3 poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna TOENNIS, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna TOENNIS, reszta parametrów bez zmian.

Pytanie 40

Pakiet nr 6 poz. 1: Czy Zamawiający może udzielić dodatkowych informacji dot. haczyka laparoskopowego, jaki jest wymagany kształt części roboczej?

Odpowiedź: W zakresie pakietu 6 poz. 1 Zamawiający informuję, że część robocza haczyka laparoskopowego wymagana jest w kształcie litery L.

Pytanie 41

Pakiet nr 6 poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kabel dł. 3,0m, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42

Pakiet nr 6 poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, tuba 12,5x80mm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43

Pakiet nr 6 poz. 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna SLIM, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44

Pakiet nr 6 poz. 16: Czy Zamawiający wymaga klipsownicę rozbierałą? Czy Zamawiający wymaga klipsownicę firmy SLS, Ethicon, Pilling?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga klipsownicy składającej się z trzech części, bez gwintów, obrotowej działającej na zasadzie szybkozłącza.

Pytanie 45

Dot. SIWZ Punkt VIII podpunkt 2 c: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie narzędzi, które odnośnie materiału użytego do produkcji oferowanych narzędzi chirurgicznych; mają podany zakres twardości stali użytych do produkcji dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych zgodnie z normą ISO 7153-1

Grupy narzędzi:

- kleszcze, pincety, klemy, trzonki (uchwyty do skalpeli) – min. 40-48 HRC;
- nożyczki (z twardą wkładką) –88% WC; 11% Co +/- 0.2%, <1% Ta(Nb)C,
- nożyczki (bez twardej wkładki) – min. 50 - 58 HRC;
- imadła – min. 40 – 48 HRC.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46

Pakiet nr 1, POZ.7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Trzonek do wymiennych ostrzy noży chirurgicznych nr 3, długość całkowita 120 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47

Pakiet nr 1, POZ.8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Trzonek do wymiennych ostrzy noży chirurgicznych nr 3, długość całkowita 120 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48

Pakiet nr 1, POZ.11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Kleszczyki naczyniowe typ Rochester-Pean, odgięte , długość całkowita 180 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49

Pakiet nr 1, POZ.13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Kleszczyki naczyniowy typ Kocher-Ochsner, prosty , 1x2 zębki długość całkowita 180 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50

Pakiet nr 1, POZ.14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Kleszczyk naczyniowy typ Kocher-Ochsner, odgięty , 1x2 zębki , długość całkowita 188 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51

Pakiet nr 1, POZ.15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Kleszcze do zdejmowania klamer typ Health, długość całkowita 140 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaferowanie kleszczy do zdejmowania klamer typ Health, długość całkowita 140 mm. Pozostałe zapisy SIWZ - bez zmian.

Pytanie 52

Dotyczy Pakietu nr 7 i 8:

Czy z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia są precyzyjne i delikatne instrumenty endoskopowe, Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia przez wykonawcę wszelkich czynności związanych z regeneracją niniejszych instrumentów, a przystanie na wymianę uszkodzonych narzędzi lub części składowych (podlegających wymianie) na fabrycznie nowe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wymianę uszkodzonych narzędzi i ich części składowych na fabrycznie nowe.

Udzielone dopuszczenia podane w powyższych odpowiedziach, nie stanowią warunku wymaganego przez Zamawiającego.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

*p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia*

Mariola Balikowska