

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Warszawa, 2017 – 07 - 17

Do uczestników postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na dostawę zestawów do eksploatacji automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, numer sprawy PN –57/17/MJ

W związku z pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1

dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy – poz.1

Prosimy do dopuszczenie w pozycji 1 formularza cenowego zestawu:

Jednorazowy, sterylny zestaw do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu w 100% kompatybilny ze wstrzykiwaczem VISTRON CT

Zestaw, na który składają się:

- 1 x wkład o pojemności 200 ml;
- 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150,00 cm, wytrzymałość ciśnieniowa do 375 PSI;
- złącze szybkiego wypełniania typu „J”
- opakowanie zawiera 50 zestawów.

Odpowiedź

Zmawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy – poz.2

Prosimy do dopuszczenie w pozycji 2 formularza cenowego zestawu:

Jednorazowy, sterylny zestaw do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu w 100% kompatybilny ze wstrzykiwaczem STELLANT CT DUAL

Zestaw, na który składają się:

- 2 x wkład o pojemności 200 ml;
- 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150,00 cm z trójnikiem typu „Y”, wytrzymałość ciśnieniowa do 375 PSI;
- 2 x złącze szybkiego wypełniania typu „J”
- 2 x ostrze typu „Spike”
- opakowanie zawiera 25 zestawów.

Odpowiedź

Zmawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy – poz.3

Prosimy do dopuszczenie w pozycji 3 formularza cenowego zestawu:

Jednorazowy, sterylny zestaw do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu w 100% kompatybilny ze wstrzykiwaczem SPECTRIS SOLARIS EP

Zestaw, na który składają się:

- 1 x wkład o pojemności 65 ml;

- 1 x wkład o pojemności 115 ml;
- 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 250,00 cm z trójnikiem typu „Y” z zaworkiem zwrotnym, wytrzymałość ciśnieniowa do 375 PSI;
- 2 x złącze szybkiego wypełniania typu „J”
- 2 x ostrze typu „Spike”
- opakowanie zawiera 50 zestawów.

Odpowiedź

Zmawiający dopuszcza.

**Z up. p.o. Kierownika Działu
Zamówień Publicznych i
Zaopatrzenia
Marioli Balikowskiej**

Beata Poniatowska - Kuć