

Warszawa, dnia 26.10.2017r.

dot. przetargu nieograniczonego powyżej 209 tys. € nr Pn-163/17/IM/P-40 na

Pakiet 1 -Dostawę dawkomierzy terapeutycznych - 2 szt

Pakiet 2 - Modernizacja analizatora pola promieniowania MP3 firmy PTW-Freiburg

Pakiet 3 - Dostawa systemu weryfikacji dozymetrycznej

Pakiet 4 - Dostawa systemów codziennej kontroli akceleratora - 4 szt

Wyjaśnienia do siwz

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 tj.) wyjaśniamy co następuje:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ, Specyfikacja techniczna – Pakiet nr 1, poz. 3

Czy w celu złożenia ważnej niepodlegającej odrzuceniu oferty Zamawiający zaakceptuje dawkomierz, którego zakres pomiarowy ładunku jest w granicach od 0,001 pC do 0,9999 mC?

odpowiedź: Tak.

2. Załącznik nr 1 do SIWZ, Specyfikacja techniczna – Pakiet nr 1, poz. 4

Czy w celu złożenia ważnej niepodlegającej odrzuceniu oferty Zamawiający zaakceptuje dawkomierz, którego zakres pomiarowy prądu jest w granicach od 1,0 fA do 0,5 μ A?

odpowiedź: Tak.

3. Załącznik nr 1 do SIWZ, Specyfikacja techniczna – Pakiet nr 1, poz. 6

Czy w celu złożenia ważnej niepodlegającej odrzuceniu oferty Zamawiający zaakceptuje dawkomierz wraz z kablem adapterem ze złączem typu M umożliwiającym kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego detektorami i okablowaniem?

odpowiedź: Nie.

4. Załącznik nr 1 do SIWZ, Specyfikacja techniczna – Pakiet nr 1, poz. 7

Czy w celu złożenia ważnej niepodlegającej odrzuceniu oferty Zamawiający zaakceptuje dawkomierz bez zasilania z wbudowanego akumulatora?

odpowiedź: Nie.

5. Załącznik nr 1 do SIWZ, Specyfikacja techniczna – Pakiet nr 4

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania systemu, który wykorzystuje oprogramowanie komputerowe, Zamawiający udostępni stacje komputerowe, na których możliwe będzie zainstalowanie i uruchomienie odpowiednich aplikacji.

odpowiedź: Jeżeli oferowany system wymaga oprogramowania komputerowego Dostawca powinien dostarczyć komputer (notebook) odpowiedni do wymaganego oprogramowania.

6. SIWZ — Załącznik nr 4 „Istotne dla stron postanowienia umowy (...)” § 1 ust. 3, Załącznik nr 1 do SIWZ, Specyfikacja techniczna — Pakiet nr 3 i 4.

Z uwagi na rozbieżnie wskazane miejsce realizacji zamówienia w załączniku nr 1 i załączniku nr 4 § 1 ust. 3, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż przedmiot zamówienia ma być realizowany w miejsca zgodne z informacjami zawartymi w załączniku nr 1 „opis przedmiotu zamówienia” pod tabelami z parametrami.

odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia ma być realizowany w miejscu zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 1 „opisie przedmiotu zamówienia” pod tabelami z parametrami określonym przy każdym pakiecie .

7. SIWZ - Załącznik nr 4 „Istotne dla stron postanowienia umowy (...)” § 1 ust. 9.

W związku z zapisem zawartym w § 1 ust. 9 załącznika nr 4, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że własność aparatury przechodzi na Zamawiającego z momentem podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru aparatury (załącznik nr 3 do umowy).

odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że własność aparatury przechodzi na Zamawiającego w momencie podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru aparatury (załącznik nr 3 do umowy).

8. SIWZ — Załącznik nr 4 „Istotne dla stron postanowienia umowy (...)” § 4 ust. 6.

W związku z zapisem zawartym w § 4 ust. 6 załącznika nr 4, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni aparaturę wykonawcy w celu wykonania przeglądów, konserwacji i naprawy,

odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że udostępni aparaturę Wykonawcy w celu wykonania przeglądów, konserwacji i napraw.

9. SIWZ — Załącznik nr 4 „Istotne dla stron postanowienia umowy (...)” § 4 ust. 9.

W związku z zapisem zawartym w § 4 ust. 9 załącznika nr 4, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że terminy w przepisie tym wskazane obejmują sobotę, co oznacza, że aparatura musi być udostępniana wykonawcy również w sobotę oraz jeśli interwencja wykonawcy zakończy się w sobotę wpis do paszportu oraz karta pracy serwisu wykonawcy musi być podpisana przez przedstawiciela Zamawiającego również w sobotę (Zamawiający zapewnia obecność swojego przedstawiciela w sobotę).

odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

10. SIWZ — Załącznik nr 4 „Istotne dla stron postanowienia umowy (...)” § 4 ust. 18.

Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie procedury zawiadamiania o wadliwym działaniu aparatury w ten sposób, że zgłoszenia dokonywane będą od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17.00?

odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

11. SIWZ — Załącznik nr 4 „Istotne dla stron postanowienia umowy (...)” § 4 ust. 1

w związku z zapisem zawartym w § 4 ust. 18 załącznika nr 4, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że obowiązek wymiany podzespołu/modułu/elementu/części na nowy dotyczy 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu/modułu/elementu/części

odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

12, SIWZ — Załącznik nr 4 „Istotne dla stron postanowienia umowy (...)” § 6 ust. 1 pkt 1).

Czy z uwagi na bardzo krótki okres realizacji zamówienia w szczególności w części dot, dostawy aparatury, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu odbioru na odbiór w dniu zawiadomienia o gotowości do odbioru nie później niż dnia następnego po tym zawiadomieniu?

odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

13. SIWZ — Załącznik nr 4 „Istotne dla stron postanowienia umowy (...)” § 6 ust. 1 pkt 1) w zw. z § 2 ust. 2 tiret 3,

W związku z rozbieżnie ujętym okresem ubezpieczenia aparatury przez wykonawcę czy Zamawiający może jednoznacznie określić oczekiwany okres ubezpieczenia aparatury, z uwzględnieniem momentu przeniesienia własności aparatury na Zamawiającego oraz przejścia na Zamawiającego ryzyka uszkodzenia i utraty aparatury określonego w § 1 ust. 9?

odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ przeniesienie własności aparatury na Zamawiającego określa obustronnie podpisany zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy.

14. SIWZ — Załącznik nr 4 „Istotne dla stron postanowienia umowy (...)” § 7 ust. 1 pkt 4.

W związku z zapisem zawartym w § 7 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 4, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że chodzi o wady i usterki aparatury powstałe z przyczyn tkwiących w aparaturze za wyjątkiem.

odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

15. SIWZ — Załącznik nr 4 „Istotne dla stron postanowienia umowy (...)” § 7 ust. 1 pkt 4 w zw. z załącznik nr 1.

w związku z faktem, iż w załączniku nr 1 „opis przedmiotu zamówienia” została przewidziana możliwość napraw wymagających odesłanie do producenta w terminie dwóch miesięcy, zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu § 7 ust. 1 pkt 4,

odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapisami SIWZ

16. SIWZ — Załącznik nr 4 „Istotne dla stron postanowienia umowy (...)” § 8.

w związku z zapisem zawartym w § 8 załącznika nr 4, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli jest ono następstwem okoliczności za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności?

odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

17. SIWZ — Załącznik nr 2 „Formularz oferty”, załącznik nr 4 „Istotna dla stron postanowienia umowy (...r § 2 ust. 1 pkt 2),

Czy Zamawiający może potwierdzić, że pod pojęciem „ceny dostawy” użytym w załączniku nr 2 oraz w § 2 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 4 rozumieć należy cenę/wynagrodzenie wykonawcy z tytułu dostarczenia (dowiezienia) aparatury do miejsca realizacji zamówienia wskazanego odpowiednio w załączniku nr 1 do SIWZ

odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ cena dostawy aparatu do miejsca realizacji określa dostawę i odbiór aparatury przez Zamawiającego potwierdzone obustronnie podpisanym zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę protokołem zdawczo-odbiorczym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w załączniku nr 4 do siwz w § 7 ust. 1 wykreśla pkt. 2 i 3.

Pozostałe warunki siwz pozostają bez zmian.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - Mariola Balikowska