



Warszawa, 31.07.2018 r.

**Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, nr PN –70/18/DF.**

W odpowiedzi na pytania, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje o:

Modyfikacji odpowiedzi na pytania z dnia 27.07.2018r.:

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycji nr 1 odstąpi od wymogu stałej wysokości zszywki 3,5 mm w rozmiarze staplera okrężnego zagiętego 31 mm i pozwoli na zaferowanie tylko zszywki 4,8 mm?

Odpowiedź

Było: „Nie, Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycji nr 1 nie odstąpi od wymogu stałej wysokości zszywki 3,5 mm w rozmiarze staplera okrężnego zagiętego 31 mm i pozwoli na zaferowanie tylko zszywki 4,8 mm.”

Otrzymuje brzmienie: „Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania zszywki 4,8mm.”

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w pozycji nr 1 odstąpi od wymogu stałej wysokości zszywki 3,5 mm w rozmiarze staplera okrężnego zagiętego 33 mm i pozwoli na zaferowanie tylko zszywki 4,8 mm?

Odpowiedź

Było: „Nie, Zamawiający w pakiecie nr 8 w pozycji nr 1 nie odstąpi od wymogu stałej wysokości zszywki 3,5 mm w rozmiarze staplera okrężnego zagiętego 33 mm i pozwoli na zaferowanie tylko zszywki 4,8 mm.”

Otrzymuje brzmienie: „Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania zszywki 4,8 mm.”

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 03.08.2018r. na 08.08.2018r.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ZAOPATRZENIA
Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie
Monika Szwarczewska
mgr Monika Szwarczewska