

I WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Warszawa, 2018 –10 - 26

Do uczestników postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na dostawę akcesorii do laparoskopii, endoskopii i diatermii numer sprawy PN-147/18/MJ

W związku z pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1 (dot. Pakiet nr 1 i 3)

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu wykazanie dostawy sprzętu/urządzeń laparoskopowych o wartości minimum podanej w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu w kryterium zdolności technicznej i zawodowej, w związku z tym pkt VIII ppkt 4 lit.b SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał dostawę rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. sprzętu/urządzeń do laparoskopii, endoskopii lub diatermii o wartości brutto minimum podanej w tabeli poniżej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający wymaga wykazania wykonania lub wykonywania co najmniej 1 głównej dostawy o wartości nie mniejszej niż:

| <i>Nr pakietu</i> | <i>PLN</i> |
|-------------------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>175 000,00</i> |
| <i>2</i> | <i>400 000,00</i> |
| <i>3</i> | <i>15 000,00</i> |
| <i>4</i> | <i>250 000,00</i> |

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia ww. dokumentów”.

Pytanie nr 2 (dot. projektu umowy § 4 ust. 1)

Czy w przypadku zadania 1 i 3, gdzie dostawa nastąpi jednorazowo, czy Zamawiający wykreśli z umowy ten ustęp?

Odpowiedź:

Tak, zapis ten dotyczy pakietów gdzie dostawy będą realizowane sukcesywnie.

Pytanie nr 3 (dot. projektu umowy § 8 ust. 1 i 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,5%?

Odpowiedź:

Nie, pozostaje jak w SIWZ

Pytanie nr 4 (dot. Pakiet nr 1 poz.39)

Ze względu na zakończenie produkcji narzędzia o wymienionych parametrach zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie tej pozycji z zadania 1 lub wyodrębnienie jej do innego pakietu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wykreśla tę pozycję a tym samym modyfikuje załącznik nr 2.1 do SIWZ, który otrzymuje nazwę „załącznik nr 2.1 (modyfikacja)”.

Pytanie nr 5 (dot. Pakiet nr 1 poz.45 i Pakiet nr 3 poz.2)

Czy przy tej pozycji Zamawiający dopuści imadło bransze zakrzywione w lewo pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, w pakiecie 1 w pozycji poniżej jest już imadło zakrzywione w lewo, w związku z czym Zamawiający nie oczekuje trzech takich samych imadeł. Pozostaje jak w SIWZ

Pytanie nr 6 (dot. Pakiet 2 poz.1-10)

Prosimy o wydzielenie poz. 1-10 do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie, pozostaje jak w SIWZ

Pytanie nr 7 (dot. Pakiet 2 poz.1)

Prosimy o dopuszczenie elektrody piankowej dzielonej o wymiarach 176 x 122 mm o powierzchni całkowitej 169 cm² i powierzchni przewodzącej 110 cm² systemem pętli Twin-Safe pozwalającym na równe rozproszenie prądu, z hydrożelem.

Odpowiedź:

Nie, pozostaje jak w SIWZ

Pytanie nr 8 (dot. Pakietu nr 2)

Prosimy o odstąpienie od wymogu etykiety samoprzylepnej z informacją o nr serii i dacie ważności, w przypadku gdy informacje te nadrukowane są na opakowaniu.

Odpowiedź:

Nie, pozostaje jak w SIWZ

Pytanie nr 9 (dot. Pakiet 2 poz.10)

Prosimy o dopuszczenie średnicy 6 mm.

Odpowiedź:

Nie, pozostaje jak w SIWZ

Pytanie nr 10 (dot. Pakiet 2 poz.23)

Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 18 cm.

Odpowiedź:

Nie, pozostaje jak w SIWZ

Pytanie nr 11 (dot. Pakiet 2 poz.24)

Prosimy o dopuszczenie końcówki 0,6 mm.

Odpowiedź:

Nie, pozostaje jak w SIWZ

Pytanie nr 12 (dot. Pakiet 2 poz.25)

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5 m.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 13 (dot. Pakiet 2 poz.30)

Prosimy o dopuszczenie elektrody w rozmiarze 3,3 x 25 mm.

Odpowiedź:

Nie, pozostaje jak w SIWZ.

Pytanie nr 14 (dot. Pakiet 2 poz.32)

Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 160 mm i końcówki 0,3 mm.

Odpowiedź:

Nie, pozostaje jak w SIWZ.

Pytanie nr 15 (dot. Pakiet 2 poz.49)

Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 160 mm z końcówką 0,3 mm.

Odpowiedź:

Nie, pozostaje jak w SIWZ.

Pytanie nr 16 (dot. Pakiet 2 poz.50, 51)

Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 160 mm.

Odpowiedź:

Nie, pozostaje jak w SIWZ.

Pytanie nr 17 (dot. Pakiet 2 poz.57)

Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 160 mm.

Odpowiedź:

Nie, pozostaje jak w SIWZ.

Pytanie nr 18 (dot. Pakiet 2 poz.23, 24, 25, 30, 32, 33, 49, 50, 51, 55)

Prosimy o wydzielenie poz. 23, 24, 25, 30, 32, 33, 49, 50, 51, 55 do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Nie, pozostaje jak w SIWZ.

Pytanie nr 19 (dot. Pakiet nr 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia w zakresie pakietu nr 4.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wykonanie co najmniej 1 głównej dostawy na sprzęt medyczny, zamiast na „zestaw do stymulacji głębokiej mózgu” o wartości nie mniejszej niż 250 000,00?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 do I Wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za opóźnienia w dostawie z 1% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień, do 0,5% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień?

Odpowiedź:

Nie, pozostaje jak w SIWZ.

Pytanie nr 22 (dot. Pakiet nr 4)

Dotyczy, poz. 94. Prosimy o dopuszczenie adaptera do podłączenia optyki Karl Storz ze światłowodem Olympus.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 23 (dot. Pakiet nr 4)

Dotyczy, poz. 79. Prosimy o dopuszczenie adaptera czyszczącego do kleszczy zatokowych, tnących, obrotowych 459015/16.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 24 (dot. Pakiet nr 4)

Dotyczy, poz. 78. Prosimy o dopuszczenie łącznika optyki z kanałem instrumentowym dla narzędzi 5 Fr.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 25 (dot. Pakiet nr 4)

Dotyczy, poz. 50. Prosimy o dopuszczenie łyżeczki okrągłej de DIVITIIS-CAPPABIANCA, koniec zagięty bocznie, śr. wew. 3 mm, dł. 25 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 26 (dot. Pakiet nr 4)

Dotyczy, poz. 51. Prosimy o dopuszczenie łyżeczki okrągłej de DIVITIIS-CAPPABIANCA, koniec zagięty bocznie, śr. wew. 5 mm, dł. 25 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 27 (dot. Pakiet nr 4)

Dotyczy, poz. 52. Prosimy o dopuszczenie łyżeczki okrągłej de DIVITIIS-CAPPABIANCA, koniec zagięty bocznie, śr. wew. 7 mm, dł. 25 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 28 (dot. Pakiet nr 4)

Dotyczy, poz. 30. Prosimy o dopuszczenie uszczelki kompatybilnej z rozpylaczem pudru.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 29 (dot. Pakiet nr 4)

Dotyczy, poz. 1. Prosimy o dopuszczenie ochraniacza na zęby silikonowego, autoklawowalnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Jednocześnie działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz.1579 tj.) Zamawiający **ZMIENIA TERMIN** składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium.

W związku modyfikacją treści SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający ustala nowy termin **składania ofert** na dzień **13 listopada 2018 r. do godz. 10:00.**

Zamawiający ustala nowy termin **wniesienia wadium** do dnia **13 listopada 2018 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu **13 listopada 2018 r. o godz. 10:00**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert .

**Kierownika Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Monika Szwarczewska**

Załącznik do niniejszych wyjaśnień:

1/ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami przesyłania ogłoszeń;

2/ Załącznik nr 2.1 (modyfikacja)