

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Warszawa, 2018 –10 - 17

Do uczestników postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu medycznego stosowanego do zabiegów głębokiej stymulacji mózgu, numer sprawy PN-168/18/MJ

W związku z pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Czy zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji nr 1 wymaga Elektrood stymulujących o dwóch długościach do wyboru: 28 cm i 40 cm o średnicach na całej długości poniżej 1,3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji 1, wymaga „elektrody stymulujące - dwie długości do wyboru: 25 cm i 40 cm, średnica na całej długości poniżej 1,3 mm” jednocześnie Zamawiający dopuszcza „elektrody stymulujące o dwóch długościach do wyboru: 28 cm i 40 cm o średnicach na całej długości poniżej 1,3 mm”.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ZAOPATRZENIA
Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie

mgr Monika Szwarczewska