



Warszawa, 26.07.2018r.

Do uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

### Odpowiedzi na pytania

dot. zapytania ofertowego nr ZO-29/18/BD

dot. dostawy mikroskopu badawczego z kamerą

W odpowiedzi na pytanie zgłoszone do Zapytania ofertowego nr ZO-29/18/BD przekazujemy treść odpowiedzi Zamawiającego - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

#### Pytanie 1.

„Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oświetlacza LED dla światła przechodzącego o czasie życia min. 20 000 h?”

Odpowiedź: Tak

#### Pytanie 2.

„Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kondensora o aperturze numerycznej 1,1?”

Odpowiedź: Nie

#### Pytanie 3.

„Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie przestony aperturowej z liczbowymi oznakowaniami ustawień?”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie 4.

„Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obrotowego stolika o zakresie ruchu 270 stopni lub stolika z pokrętkiem umiejscowionym po prawej lub po lewej stronie (do wyboru przez użytkownika)?

Odpowiedź: Nie

#### Pytanie 5.

„Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie obiektywu o powiększeniu 2x , odległości roboczej 5,80 i aperturze numerycznej 0,06?”

Odpowiedź: Nie

Pytanie 6.

„Czy Zamawiający zaoferowanie obiektywu o powiększeniu 10x i odległości roboczej 10,60 i aperturze numerycznej 0,25?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 7.

„Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nasadki okularowej z podziałem wiązki światła 20/80 i 0/100?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8.

„Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kamery bez możliwości podłączenia kamery bezpośrednio do monitora lub rzutnika. Taka możliwość istnieje przez komputer ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 9.

„Czy Zamawiający obniży kary umowne za opóźnienia w dostawie na 0,5% kwoty brutto za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Nie