

Załącznik nr 1 – do ZO-29/18/BD
Opis przedmiotu zamówienia

MIKROSKOP ŚWIETLNY W KONFIGURACJI PROSTEJ WRAZ Z KAMERĄ DO AKWIZYCJI OBRAZU

o wymaganych parametrach nie gorszych niż:

- Statyw mikroskopu w układzie prostym (nieodwróconym) konstrukcyjnie przystosowany do obserwacji w świetle przechodzącym.
- Tubus trinokularowy o ergonomicznym kącie nachylenia 30 stopni oraz ze statym dzielnikiem wiązki okulary/kamera: 50/50
 - Dwa okulary o powiększeniu 10x i liczbie polowej min. FN=22 mm
- Oświetlacz LED dla światła przechodzącego o czasie życia min. 50.000 godzin, z wbudowanym w statyw zasilaczem
- Rewolwer obiektywowy min. 6-pozycyjny
- Dwustopniowa śruba mikro/makro z regulowaną wysokością położenia i regulacją siły oporu
- Kondensator dopasowany do obserwacji w jasnym polu, ciemnym polu oraz kontraście fazowym o aperturze numerycznej 0,90/1,25 oil
- Przesłona aperturowa z kolorystycznie oznakowanymi ustawieniami dla poszczególnych obiektywów.
- Stolik przedmiotowy z ceramiczną powłoką o wysokiej trwałości, min. zakres ruchu 76 x 25 mm
- Ergonomiczny uchwyt do preparatów umożliwiający zmianę preparatu jedną ręką
- Pokrętło do przesuwu preparatów w osiach XY ze zdejmowanymi gumowymi nakładkami umieszczone na wysokości śruby mikro/makro dla ergonomicznej obsługi.
- Możliwość sprawnego, samodzielnego przestawienia pokrętła do przesuwu preparatów w osi XY pomiędzy lewą a prawą stroną (dla osób prawo i leworęcznych)
- Zestaw obiektywów suchych (bez immersji) z korekcją achromatyczną o maksymalnej długości optycznej 50 mm:
 - Obiektyw 2,5x; apertura numeryczna min. 0,07; dystans pracy min. 11,2 mm; do pracy z preparatami zarówno z jak i bez szkiełka nakrywkowego
 - Obiektyw 10x; apertura numeryczna min. 0,25; dystans pracy min. 17 mm; do pracy z preparatami zarówno z jak i bez szkiełka nakrywkowego

- Obiektyw 20x; apertura numeryczna min. 0,40; dystans pracy min. 0,39 mm; do pracy z szkiełkami nakrywkowymi o grubości: 0.17mm. Obiektyw z wbudowanym pierścieniem fazowym dostosowany dla kontrastu fazowego.

- Obiektyw 40x; apertura numeryczna min. 0,65; dystans pracy min. 0,36 mm; do pracy z szkiełkami nakrywkowymi o grubości: 0.17mm. Obiektyw z wbudowanym pierścieniem fazowym dostosowany dla kontrastu fazowego.

- Kolorowa kamera cyfrowa z sensorem typu CMOS o parametrach:
 - Wielkość sensora minimum 1/2.3" (fizyczny rozmiar sensora min. 6,1 x 4,6 mm)
 - Rozdzielczość obrazu min. 10 Mpix.
 - Rozmiar piksela na matrycy sensora min. 1,67 x 1,67 um
 - Regulacja czasu ekspozycji w zakresie min. 0,5 ms – 500 ms
 - Prędkość rejestracji obrazu w rozdzielczości Full HD nie mniejsza niż 30 ramek/s
 - Płynna regulacja wzmocnienia czułości kamery od 1x do 12x
 - Możliwość zapisu plików graficznych/filmowych w rozszerzeniach: JPG, TIF, AVI, MP4
 - Standardowe połączenie kamery z komputerem za pomocą złącza USB
 - Program do obsługi kamery, akwizycji zdjęć, nagrywania filmów, archiwizacji zdjęć oraz wykonywania pomiarów i tworzenia adnotacji na zdjęciach, z możliwością instalacji na nieograniczonej liczbie komputerów użytkownika.
 - Możliwość podłączenia kamery bezpośrednio do monitora lub rzutnika (bez potrzeby użycia komputera) za pomocą złącza HDMI
 - Możliwość nagrywania zdjęć i filmów bezpośrednio na kartę SD umieszczoną w porcie znajdującym się w kamerze (bez potrzeby użycia komputera)

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: Zapytania Ofertowego na. *dostawę mikroskopu badawczego z kamerą dla Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie*

OFERTĘ SKŁADA:

Nazwa Wykonawcy	
<u>wpisany do:</u>	<ul style="list-style-type: none">• <u>Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy</u> pod nr KRS• <u>lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej</u>
NIP	
REGON	
Adres:	
Telefon:	
Fax:	
e-mail:	
Osoba do kontaktów: e-mail, telefon	
To małe/średnie przedsiębiorstwo	TAK/NIE* (odpowiednie skreślić)

II. OFERTA WYKONAWCY

My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje: oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym (dalej: ZO) oraz postanowieniami projektu umowy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Wartość netto PLN:

Wartość brutto PLN:

Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

III. Oświadczenia

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze ZO i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w ZO.
2. Oferujemy termin płatności dni od daty otrzymania faktury wraz z podpisanym bez zastrzeżeń protokołem - po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Termin realizacji zamówienia – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.
Miejsca wykonywania dostawy:
CENTRUM ONKOLOGII–INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie,
ul. W.K. Roentgena 5 , 02-781 Warszawa.
5. Oświadczamy, że osoby bezpośrednio uczestniczące w realizacji zamówienia posiadają doświadczenie i kwalifikacje gwarantujące należyte i fachowe wykonywanie dostawy, instalacji oraz szkolenia będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
6. Termin gwarancji m-cy * (co najmniej 24 miesiące) po dokonanych odbiorze.
7. Oświadczamy, że złożona oferta jest ważna przez 60 dni od dnia składania ofert.
8. Informujemy, że zamierzamy* / nie zamierzamy* powierzyć części zamówienia podwykonawcom (jeżeli TAK, należy wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom):
 - 1)
 - 2)
9. Informacje zawarte na stronach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeśli nie dotyczy skreślić).

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

11. Osobą/osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym podpisaniu umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia będą:

-
/imię, nazwisko, pełniona funkcja/

12. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

13. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1/.....

2/.....

.. /

.....
Miejscowość i data

.....
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
lub pieczętka wraz z podpis

[pieczęć firmowa]

W Y K A Z DOSTAW

Dotyczy: Zapytania Ofertowego na. *dostawę mikroskopu badawczego z kamerą dla Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie*

.....

.....

.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

przedstawiam wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:

L.p.	Przedmiot dostawy	Wartość brutto dostawy (PLN)	Termin realizacji dostaw		Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia	

data.....

.....
czytelny podpis lub podpis z pieczęcią imienną osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

U M O W A Nr

zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy:

Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, adres: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15 B, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, NIP 525-000-80-57, Regon 000288366, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa, należyście umocowany:

.....

a

.....,

wpisaną/wpisanym do:

- Rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w....., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, NIP, Regon wysokość kapitału zakładowego PLN*

....., prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:....., adres prowadzenia działalności, wpisaną/wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP, Regon*,

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa należyście umocowany:

.....

Zamawiający i Wykonawca łącznie dalej zwani są „Stronami” lub z osobna „Stroną”

Do umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy ze względu na wartość przedmiotu zamówienia.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i uruchomienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego mikroskopu badawczego z kamerą wraz z wyposażeniem, zwanego dalej „ aparaturą”. Przedmiot umowy jest tożsamy z wymaganiami określonymi w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik nr do niniejszej umowy.
2. Strony uzgadniają, że w zakres przedmiotu niniejszej umowy wchodzi: sprzedaż, dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury w:
 -,w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5
3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust.1, przeprowadzi instruktaż pracowników jednostki/komórki Zamawiającego, o której mowa w ust. 2, w miejscu uruchomienia aparatury, w zakresie używania aparatury stanowiącej przedmiot umowy. Szkoleniem objęci będą w zakresie aplikacji i obsługi aparatury. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną zaświadczeniem podpisanym przez uczestników szkolenia i ich organizatora.
4. Wykonawca zapewnia, że aparatura stanowiąca przedmiot umowy, została wyprodukowana w roku, stanowi jego własność, jest fabrycznie nowa, wolna od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest obciążona prawami osób trzecich.

5. Wykonanie umowy przez Wykonawcę potwierdzone będzie protokołem odbioru przedmiotu umowy, którego wzór stanowi załącznik nr do niniejszej umowy.

§ 2 Termin wykonania umowy

1. Termin wykonania umowy wynosi dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowe terminy dostawy, instalacji, uruchomienia aparatury stanowiącej przedmiot umowy oraz przeprowadzenia instruktażu pracowników Zamawiającego.
3. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w zamówieniu, Zamawiający może dokonać zastępczego zakupu towaru. Jeżeli cena zakupu zastępczego przewyższy cenę Wykonawcy określoną w niniejszej umowie, różnicę w cenie towaru zapłaci Wykonawca. Różnicę cen towaru, Zamawiający może potrącić z kolejnych płatności dla Wykonawcy.

§ 3 Cena przedmiotu umowy

1. Strony uzgadniają łączną wartość przedmiotu umowy na kwotę brutto w wysokości (słownie: złotych), w tym: kwota nettozł., podatek od towarów i usług VAT..... zł. Jednostkowe ceny aparatury określa załącznik nr..... do umowy.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, a w szczególności:
 - cenę aparatury,
 - koszty dostawy, w tym załadunku i rozładunku,
 - koszty ubezpieczenia aparatury w Polsce i poza jej granicami, do czasu przekazania Zamawiającemu,
 - koszty instalacji i uruchomienia,
 - koszty instruktażu pracowników Zamawiającego,
 - cenę materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia instruktażu,
 - koszty przeglądów i konserwacji aparatury w okresie gwarancji,
 - koszty cła, odprawy celnej, podatku od towarów i usług,
 - inne opłaty, np.: opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej itp.,
 - koszty zakupu licencji oprogramowania (JEŻELI DOTYCZY).

§ 4 Warunki płatności

1. Płatność zostanie dokonana po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag, o którym mowa w § 1 ust. 5, przelewem, w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
2. Wykonawca dostarczy fakturę do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15 B. Na fakturze należy podać numer niniejszej umowy.
3. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5 Gwarancja i reklamacje

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonej aparatury i zapewnia, że aparatura stanowiąca przedmiot umowy jest nowa, posiada wymagane certyfikaty, została wprowadzona do obrotu i do używania i uruchomiona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z aparaturą następujące dokumenty w języku polskim:
 - a) kartę gwarancyjną,
 - b) instrukcję obsługi,
 - c) instrukcję konserwacji, mycia, sterylizacji poszczególnych elementów aparatury,
 - d) paszport aparatury,
 - e) wykaz autoryzowanych podmiotów serwisowych na terenie Polski,
 - f) listę dostawców części zamiennych.

3. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 10 (dziesięciu) lat od dnia podpisania protokołu odbioru aparatury .
4. Przeglądy gwarancyjne i konserwacje aparatury zgodne z kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi dokonywane będą przez Wykonawcę, w terminach uzgodnionych z użytkownikiem aparatury u Zamawiającego.
5. Wykonawca opracuje Harmonogram przeglądów i dostarczy do kierownika Działu Gospodarki Aparaturowej Zamawiającego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uruchomienia aparatury.
6. Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z Harmonogramem przeglądów odpowiada Wykonawca.
7. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w §1 ust.5.
8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu aparatury i których przyczyną są wady tkwiące w aparaturze.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad aparatury w terminie.... dni od dnia ich zgłoszenia, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do dni od dnia zgłoszenia.
10. W przypadku przekroczenia czasu naprawy aparatury Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.
11. Potwierdzeniem wykonania naprawy gwarancyjnej będzie wpis do paszportu aparatury i karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
12. Po wykonaniu każdej naprawy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie aparatury do eksploatacji klinicznej.
13. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o udokumentowany czas nie działania lub wadliwego działania aparatury.
14. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez wybranego przez siebie eksperta.
15. Jeżeli reklamacja Zamawiającego w ocenie eksperta uznana będzie za uzasadnioną, Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy i bezpłatnie usunie usterkę lub wadę aparatury bądź wymieni aparaturę na nową.
16. O każdym wypadku wadliwej pracy aparatury Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu na nr tel lub e-mail lub bezpośrednio inżyniera serwisu nr tel..... .
17. Do zgłaszania Wykonawcy wadliwej pracy aparatury Zamawiający upoważnia:..... .
18. W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej części aparatury na nową lub wymiany aparatury na nową.

§ 6 Kary umowne

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, za każdy dzień opóźnienia.
2. Kara w takiej samej wysokości przysługuje Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia w przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminie określonym w § 5 ust. 9,
3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 lub 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto o której mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
4. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za dostarczony towar, na podstawie noty obciążeniowej doręczonej Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
 - 1) na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, składając Wykonawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie*;
 - 2) w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy więcej niż 10 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1.
 - 3) w przypadku nie działania aparatury spowodowanego jej wadą w okresie gwarancji przez okres dłuższy niżdni.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 pod rygorem nieważności powinno być dokonane w formie pisemnej i złożone Wykonawcy nie później niż po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności uprawniającej do odstąpienia od umowy.

§ 8 Zmiany treści umowy

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie:
 - numeru katalogowego aparatury przy zachowaniu jego parametrów;
 - nazwy aparatury przy zachowaniu jej parametrów;
 - sposobu konfekcjonowania towaru,
 - w sytuacji zastąpienia aparatury odpowiednikiem, w przypadku zakończenia lub wstrzymania produkcji, wycofania aparatury z obrotu lub wstrzymania dystrybucji, z zastrzeżeniem, że odpowiednik będzie posiadał parametry nie gorsze niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem wartości umowy i być niekorzystne dla Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru do wysokości ceny promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie uwzględnienia tego prawa przez Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić.

§ 9 Cesja i poufność

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia praw i obowiązków Wykonawcy na osobę trzecią, w tym do zarządzania i administrowania wierzytelnością Wykonawcy.
2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
3. Strony zobowiązują się do nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania, nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych o transakcjach stron, jak również:
 - a) informacji dotyczących, podejmowania przez każdą ze stron czynności w toku realizacji niniejszej umowy,
 - b) informacji zastrzeżonych jako tajemnice stron w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - c) innych informacji prawnie chronionych, które uzyskają w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania- o ile informacje nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
4. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

5. Każda ze stron może ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa - członkom swoich władz, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających z innej ustawy
6. Każda ze Stron zobowiązuje się do ochrony informacji poufnych, udostępnionych przez drugą stronę w celu prowadzenia działań wynikających z niniejszej umowy i nie wykorzystywania ich przeciwko interesom drugiej strony.
7. Warunki przetwarzania danych osobowych pacjentów Zamawiającego określone zostaną w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych*.
8. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub w celu przekraczającym zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego..
9. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać osoby przy udziale których wykonuje obowiązki umowne z postanowieniami umowy dotyczącymi ochrony poufnych informacji, oraz zobowiązać je do ich stosowania, a także do zachowania w tajemnicy.
10. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Strony w czasie obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu .
11. W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew powyższym postanowieniom, Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji poufnej.

§ 10 Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie z siedzibą w Warszawie .
2. Dane osobowe Wykonawcy, jego pracowników lub zleceniobiorców (dalej „ dane osobowe Wykonawcy”) przetwarzane będą przez Administratora danych jedynie w celu realizacji Umowy.
3. Dane osobowe Wykonawcy nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub została na to wyrażona zgoda .
4. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
5. Wykonawca posiada prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
6. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

§11 Siła wyższa

1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają wykonanie jakichkolwiek ze zobowiązań umownych którejkolwiek ze stron umowy, określony termin wykonania zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.
2. Jako okoliczności siły wyższej rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne i niezależne od stron umowy.
3. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” winna o tym poinformować drugą stronę w

formie pisemnej w terminie do 14 (czternastu) dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności „siły wyższej”.

4. Gdy okoliczności „siły wyższej”, uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się z zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części. W przypadku rozwiązania umowy z tej przyczyny, jej wykonanie i końcowe rozliczenie będzie być uzgodnione przez strony umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Za dni robocze strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikłe na podstawie niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o wyrobach medycznych.
5. Do nadzoru nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego wyznaczeni są pracownicy Działu Gospodarki Aparaturowej tel.:, e-mail, natomiast ze strony Wykonawcy -, tel.:, e-mail
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
7. Załączniki stanowią integralną część umowy.

Załączniki:

1. Załącznik nr ... – oferta Wykonawcy;
2. Załącznik nr – wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr do umowy nr .../.....

Oferta Wykonawcy

Załącznik nr do umowy nr/.....

Wzór Protokołu odbioru aparatury

Warszawa, dnia

1. Zamawiający:

Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w

Warszawie, adres: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B

w imieniu którego odbioru dokonuje:

.....,

2. Wykonawca:

.....,

W imieniu którego Protokół odbioru podpisuje:

.....

3. Zamawiający niniejszym potwierdza dostawę, instalację oraz uruchomienie odbiór od

Wykonawcy:

aparatury zgodnie z umową nr/..... :

L.p.	Nazwa	Typ	Nr fabryczny	Ilość
1				

4. Zamawiający potwierdza uruchomienie przedmiotu umowy zgodnie z załączoną specyfikacją wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych oraz przeprowadzenie instruktażu dla pracowników Zamawiającego.
5. Zamawiający potwierdza, że otrzymał:
 - a) kartę gwarancyjną,
 - b) instrukcję obsługi,
 - c) instrukcję konserwacji, mycia, sterylizacji poszczególnych elementów aparatury,
 - d) paszport aparatury,
 - e) wykaz autoryzowanych podmiotów serwisowych na terenie Polski,
 - f) listę dostawców części zamiennych.
 - g) kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających przedmiot dostawy do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do ich wydawania (deklarację zgodności, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinię dla każdego urządzenia wymienionego w pkt. 1.
6. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że aparatura wymieniona w pkt.1 niniejszego protokołu zostaje/nie zostaje* przyjęte bez zastrzeżeń.
7. W przypadku niezrealizowania któregośkolwiek z pkt. 3- 5 Zamawiającemu przysługuje prawo do nie podpisania niniejszego protokołu.
8. Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt. 3 - 5 niniejszego protokołu

.....
.....

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

*/ niepotrzebne skreślić